

Kielce dn.25.10.2018 r.

## **PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE PRZETARGU NA:**

**„Dostawę ambulansu drogowego typu C w ilości 1 szt.”**

**Numer sprawy: TP/222/2018**

W związku z zapytaniami dotyczącymi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: **„Dostawę ambulansu drogowego typu C w ilości 1 szt.”**, numer sprawy: **TP/222/2018** Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach zgodnie z Art. 38 ust. 2 ustawy pzp. przekazuje ich treść i odpowiedzi na nie:

### **PYTANIA**

#### **Pytanie nr 1 (do załącznika nr 6 do SIWZ)**

Czy określenie w kolumnie „TAK/NIE (określić)” oznacza iż podanie słowa NIE za wyjątkiem parametrów dodatkowo ocenianych podanych w załączniku 7 do SIWZ oznacza iż oferent który nie potwierdzi wymaganego parametru nie spełnia wymagań minimalnych i oferta jego w takim wypadku zostanie odrzucona?

#### **Pytanie nr 2**

Prosimy o potwierdzenie iż parametry określone w załączniku nr 6 do SIWZ w pkt: I.6, I.7, VI.3 są parametrami dodatkowo punktowanymi?

#### **Pytanie nr 3**

Czy zaoferowany silnik ma posiadać napęd w formie łańcucha rozrządu?

#### **Pytanie nr 4**

Czy zaoferowany pojazd powinien posiadać funkcję kontroli martwego punktu tj. sygnalizację położenia innego pojazdu w tzw. martwym punkcie nie widocznym dla kierowcy karetki?

#### **Pytanie nr 5**

Czy pojazd powinien posiadać reflektory przednie typu BiXenon lub LED które to lampy zdecydowanie zwiększają bezpieczeństwo doświetlając drogę i są w posiadaniu wszystkich producentów pojazdów?

#### **Pytanie nr 6**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zintegrowaną z dachem sygnalizację świetlną przednią i tylną wyposażoną w podświetlany napis AMBULANS bez możliwości wyświetlania dodatkowych znaków typu WYPADEK, OBJAZD itd.

#### **Pytanie nr 7**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania równoważny moduł do Tektronik FM3622 przewidziany do współpracy z systemem SWD?

**Pytanie nr 8**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans wyposażony w drzwi o parametrach podanych w SIWZ pomiędzy przedziałem medycznym a kabiną kierowcy umożliwiające ich otwarcie w trakcie postoju ambulansu z zapalonym silnikiem?

**Pytanie nr 9**

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważnej zestaw transportowy składający się z noszy wyposażonych w poręcze boczne składane na boki oraz transporter wyposażony w koła jezdne o grubości nieco ponad 4 cm?

**Pytanie nr 10**

Czy pisząc słowo „ z aktualną normą PN EN 1865-1” Zamawiający ma na myśli normę PN EN 1865-1+A1:2015-08 powszechnie zwaną jako PN EN 1865-1+A1?

**Pytanie nr 11**

Czy Zamawiający dopuści defibrylator z zakresem minimalnym regulacji wzmocnienia EKG od 0,25 do 2,0 cm/mV?

**Pytanie nr 12**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator wyposażony w moduł SpO2 z pomiarem pulsu od 30 do 230 ppm?

**Pytanie nr 13**

Prosimy o potwierdzenie iż parametry określone w załączniku nr 6 do SIWZ w opisie „Defibrylator/monitor przenośny z funkcją transmisji danych” w pkt: 22, 24, 26 są parametrami dodatkowo punktowanymi?

**Pytanie nr 14**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania respirator wyposażony w mix tlenowy na poziomie 60% lub 100%?

**Pytanie nr 15**

Prosimy o potwierdzenie iż parametry określone w załączniku nr 6 do SIWZ w opisie „Respirator transportowy” w pkt: 21 są parametrami dodatkowo punktowanymi?

**Pytanie nr 16**

Biorąc pod uwagę fakt iż pediatria ortopedyczna nie jest określona w normie PN EN 1865-1 tzn. nie ma parametrów jakie ma spełniać tak więc nie można wymagać zgodności z normą, prosimy o odpowiedź na pytania:

Czy Zamawiający dopuści deski o parametrach podanych w SIWZ z wszystkimi dokumentami wymaganymi dla wyrobów medycznych uprawniających do stosowania w placówkach służby zdrowia na terenie RP?

**Pytanie nr 17**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pompę infuzyjną jednostrzykawkową marki Medima o parametrach zgodnych z SIWZ?

**Pytanie nr 18**

Czy Zamawiający dopuści pompę, która nie posiada uchwytu do karetki zgodnego z normą PN EN 1789 posiadającego funkcję zasilania pompy i jej ładowania?

**Pytanie nr 19**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ciśnieniomierze firmy WelchAllyn jednoprzewodowy w kpl. mankietów z tworzywa sztucznego ze złączem Flexxiport kompatybilnym z modułem pomiaru NiBp zainstalowanym w defibrylatorze z kompletem mankietów wielorazowych przystosowanych do dezynfekcji bez odpinanego pasa na ramię?

**Pytanie nr 20**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ciśnieniomierz niezależny od stetoskopu nie stanowiącego jednego zestawu?

**Pytanie nr 21**

Czy zaoferowane krzeselko ma być przystosowane do zjazdu po schodach tzn. czy ma być zgodne z aktualną normą PN EN 1865-4 i posiadać parametry takie jak określone w normie?

**Pytanie nr 22**

Jeśli odpowiedź na pytanie 21 jest pozytywna to prosimy o dopuszczenie krzesła o wadze do 15 kg bez 1 pary składanych rączek tylnych oraz z rączkami przednimi o regulowanej długości bez regulacji wysokości?

**ODPOWIEDZI****Ad.1**

Tak.

**Ad.2**

Punkt 1.6, 1.7 nie są parametrami dodatkowo punktowanymi, natomiast pkt VI.3 z działu „PRZEDZIAŁ MEDYCZNY” jest dodatkowo punktowany.

**Ad.3**

Nie stawiamy wymagań w tym zakresie. Proponowane rozwiązanie jest zalecane.

**Ad.4**

Nie stawiamy wymagań w tym zakresie. Proponowane rozwiązanie jest zalecane.

**Ad.5**

Nie stawiamy wymagań w tym zakresie. Proponowane rozwiązanie jest zalecane.

**Ad.6**

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

**Ad.7**

Tak, pod warunkiem dostarczenia na nośniku odpowiedniej wersji konfiguratora umożliwiającego konfigurację modułu na potrzeby SWD.

**Ad.8**

Tak.

**Ad.9**

Tak.

**Ad.10**

Zamawiający wymaga aktualnie obowiązującej normy.

**Ad.11**

Tak.

**Ad.12**

Tak.

**Ad.13**

Tak.

**Ad.14**

Tak.

**Ad.15**

Tak.

**Ad.16**

Tak.

**Ad.17**

Tak.

**Ad.18**

Nie.

**Ad.19**

Tak.

**Ad.20**

Tak.

**Ad.21**

Nie. Krzeselko ma być zgodne z aktualną normą PN EN 1865-4 i posiadać parametry takie jak określone w normie.

**Ad.22**

Nie.