

## PYTANIA i ODPOWIEDZI

### Pytania

Dotyczy: "Dostawa jednorazowych artykułów medycznych" Nr sprawy TP/180/2020

**Pytanie nr 1 dotyczy zadanie nr 1, pozycje nr 3 i 4** - Proszę o wydzielenie z zadania nr 1 pozycji nr 3 i 4, gdyż jest to asortyment, który nie współpracuje/nie pasuje do pozostałego asortymentu ujętego w tym pakiecie - brak uzasadnienia stworzenia pakietu składającego się z tych produktów.

**Pytanie nr 2 dotyczy zadania nr 1, pozycja nr 3** - Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny koc ogrzewający niebieski wykonany z włókniny polipropylenowej (gramatura 30 gsm), wewnątrz biały poliester (gramatura 60 gsm), łącznie 300 g o wymiarze 110x220 cm?

**Pytanie nr 3 dotyczy zadania nr 1, pozycja nr 4** - Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny koc ogrzewający niebieski wykonany z włókniny polipropylenowej (gramatura 30 gsm), wewnątrz biały poliester (gramatura 60 gsm), łącznie 400 g o wymiarze 150x220 cm

**Pytanie nr 4 dotyczy Zadania nr 1 poz. 6:**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie ww. pozycji (fartuchów chirurgicznych) i utworzenie z niej oddzielnego pakietu. Umożliwi to złożenie oferty tym Wykonawcom, którzy nie oferują pozostałej części asortymentu z Zadania nr 1, czyniąc postępowanie bardziej konkurencyjnym.

**Pytanie nr 5 dotyczy Zadania nr 1 poz. 6:**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaferowania w ww. pozycji fartuchów chirurgicznych wykonanych z pięciowarstwowej włókniny SMMMS o minimalnej gramaturze 35 g/m<sup>2</sup>. Kolor ciemnoniebieski, rękaw o kroju typu raglan, szwy wykonane techniką ultradźwiękową – czterościeżkowy szew ultradźwiękowy, posiada dziane poliestrowe mankiety o długości min. 7cm, oznaczenie rozmiaru w postaci wszywki, troki umiejscowione w kartoniku gwarantującym zachowanie sterylności podczas wiązania. 4 szt. troków 65 x 4 cm. Fartuch zapinany na "rzep" na szyi i wiązany w pasie na troki. Fartuch składany „w książkę” a zewnętrzne troki łączone kartonikiem celem zachowania sterylności fartucha podczas zakładania. Odporność na przenikanie cieczy – min. 49,5 cm H<sub>2</sub>O. Wytrzymałość na wypychanie na sucho 140 kPa, na mokro 130 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na mokro 90 N. Fartuch zawinięty w serwetę włókninową 60x60cm (w zależności od rozmiaru fartucha inny kolor owinięcia ułatwiający szybszą identyfikację rozmiaru), w opakowaniu 2 chłonne ręczniki 30x40cm. Na opakowaniu wskaźnik sterylizacji oraz 2 samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny, numer serii i datę ważności. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE. Zgodność parametrów oferowanych sterylnych fartuchów z normami MDD 93/42, EN 13795, EN ISO 11135 -1 oraz EN 556 – 1. Dostępne rozmiary: M, L, XL, XXL, XXXL. Klasa I sterylna.

### Odpowiedzi

Ad.1 Zamawiający nie wydzieli z zadania nr 1 pozycji 3 i 4.

Ad.2 Tak. Dopuszczamy

Ad.3 Tak. Dopuszczamy

Ad.4 Zamawiający nie wydzieli z zadania nr 1 pozycji 6

Ad.5 Nie dopuszczamy. Zamawiający wymaga fartuchów takich jak w opisie przedmiotu zamówienia.

Z up. Dyrektora  
mgr inż. Dariusz Bedla  
Z-ca Dyrektora  
ds. Techniczno-Eksploatacyjnych