

**UWAGA MODYFIKACJA !!!**

**INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW**

**WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, tj.  
FORMULARZA CENOWEGO ORAZ PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT**

**PYTANIA I ODPOWIEDZI  
DOTYCZĄCE PRZETARGU NA:**

**„Dostawę kombinezonów ochronnych lekkich i fartuchów ochronnych (chirurgicznych)”**

**Numer sprawy: TP/115/2020**

W związku z zapytaniami dotyczącymi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: **„Dostawę kombinezonów ochronnych lekkich i fartuchów ochronnych (chirurgicznych) numer sprawy: TP/115/2020** Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach zgodnie z Art. 38 ust. 2 ustawy pzp. przekazuje ich treść i odpowiedzi na nie. Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy pzp z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) dokonuje modyfikacji treści SIWZ (tj. Formularza cenowego załącznika nr 8)

**PYTANIA**

**Pytanie 1**

Proszę o udzielenie odpowiedzi, czy Zamawiający dopuści do przetargu produkowany przez nas kombinezon?

**Pytanie 2**

Dotyczy punktowanego terminu realizacji . Czy Zamawiający przyzna 40 pkt dostawcy który zrealizuje dostawę całości zamówienia w terminie 1 dni od dnia zawarcia umowy czy tylko 10 % z oferowanej ilości ?

**Pytanie 3**

Jako producent kombinezonów ochronnych klasy 3 kat 4 zwracamy się z prośbą o odpowiedź na pytani czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty wyłącznie na kombinezony których jesteśmy producentem co zapewni Zamawiającemu najniższą cenę przy zachowaniu najwyższej jakości bez konieczności posiadania pośredników i sztucznego zawyżania ceny ?

**Pytanie 4**

Czy zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia a także zaleceniami konsultanta krajowego do spraw epidemiologii , i rekomendacjami CIOP-u w zakresie odzieży używanej przez służby medyczne do walki z Covid19 Zamawiający wymaga by zaoferowane kombinezony ochronne posiadały zgodność z wymaganą normą PN- EN 14126:2005 – Odzież ochronna – Wymagania i metody badań dla odzieży chroniącej przed czynnikami infekcyjnymi (lub odpowiednio EN 14126:2003 EN 14126:2003/AC:2004) co najmniej klasy III kategorii 4 lub wyższej ( tzn 3,2,1) ochrony ?

Uzasadnienie : Na rynku polskim pojawiło się wiele produktów pochodzących zarówno z Chin i nie tylko , wątpliwej jakości podszywających się pod znane marki producentów kombinezonów ochronnych niezgodnych z rekomendacją MZ tzn posiadające klasę III lecz kat. 5 lub 6 ochrony która to kategoria jest nieakceptowana i nie zalecana jako produkt zgodny z wymaganiami niezbędnymi do prawidłowej ochrony przed patogenami infekcyjnymi.

**Pytanie 5**

Czy zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia a także zaleceniami konsultanta krajowego do spraw epidemiologii , i rekomendacjami CIOP-u w zakresie odzieży używanej przez służby medyczne do walki z Covid19 Zamawiający wymaga by zaoferowane kombinezony ochronne posiadały zgodność z wymaganą normą EN 14325:2018 ?.

**Pytanie 6**

Czy zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia a także zaleceniami konsultanta krajowego do spraw epidemiologii , i rekomendacjami CIOP-u w zakresie odzieży używanej przez służby medyczne do walki z Covid19 Zamawiający wymaga by zaoferowane kombinezony ochronne posiadały zgodność z wymaganą normą EN 14605: 2005+A1:2009 Typ 4 Odzież chroniąca przed działaniem rozpylonej cieczy ?

**Pytanie 7**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kombinezon wykonany z materiału o gramaturze 65 g/m<sup>2</sup> co nie ma wpływu na parametry ochronne?

### **Pytanie 8**

Czy Zamawiający dopuści inny niż niebieski kolor taśmy uszczelniającej szwy np biały lub permanentny ?

Uzasadnienie : kolor taśmy nie ma wpływu na szczelność tak samo szczelne mogą być taśmy w kolorze białym , czerwonym czy bezbarwne a taśma w kolorze niebieskim jest charakterystyczna dla danego producenta .

### **Pytanie 9**

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważnej wysokiej jakości kombinezony ze szczelnością szwów w wysokiej klasie 3 ( potwierdzone badaniami) które nie wymagają klejenia dodatkową taśmą a posiadają szczelność na poziomie tych do których uszczelnienia użyto taśmy ?

Uzasadnienie : Klejenie taśmy na szwach o wysokiej szczelności jest bezzasadne gdy z nie przynosi żadnej dodatkowej korzyści w zakresie ochrony a jedynie może zwiększyć zbędne koszty produkcji . Klejone szwy stosowane są w kombinezonach w których trudno jest utrzymać jakość szycia i szczelność szwów. ( zazwyczaj stosowane w produkcji masowej w chińskich fabrykach by przyspieszyć proces produkcyjny ). Klejenie szwów nie ma nic wspólnego z jakością kombinezonu a wręcz przeciwnie istnieje duże ryzyko iż w trakcie procesu grzania taśmy zbyt wysoką temperatura użyta do klejenia lub zbyt długi czas nagrzania uszkodzi barierę ochronną na powierzchni materiału lub na rantach między taśmą a materiałem

### **Pytanie 10**

Czy Zaoferowany kombinezon ma posiadać ochraniacze na buty ?

### **Pytanie 11**

Czy Zamawiający dopuści przedsiębiorcę posiadającego opłaconą polisę ubezpieczeniową OC w zakresie prowadzonej działalności na kwotę 200 000,00 PLN?

### **Pytanie 12**

Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie? Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zapewnieniem przestrzegania zasady uczciwej konkurencji będzie określenie przez Zamawiającego gwarantowanego poziomu zamówienia publicznego, który zostanie na pewno zrealizowany. Jak wskazano w Wyroku KIO z dnia 27 grudnia 2011 roku (KIO 2649/11): „Zamawiający powinien opisać przedmiot zamówienia w taki sposób, aby wykonawcy nie mieli wątpliwości, jakie usługi, dostawy, roboty budowlane należy wykonać i jaki będzie ich zakres, tak aby spełniały oczekiwania Zamawiającego, a z drugiej strony aby wykonawcy mogli w sposób prawidłowy dokonać wyceny złożonych ofert (...)

Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet, jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów oraz w wyroku z dnia 3.10.2014 r., KIO 1944/14: „Dla zapewnienia uczciwej konkurencji przy kalkulowaniu ceny oferty konieczne jest określenie w sposób precyzyjny zakresu, jakiego prawo opcji dotyczy, oraz wskazanie tej części zamówienia, która będzie realizowana na pewno, oraz tej części, której realizacja będzie uzależniona od decyzji zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji”.

W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.

### **Pytanie 13**

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest, aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron. W związku z powyższym zwracamy się o wprowadzenie dodatkowego zapisu w umowie uwzględniającego wcześniejsze wezwanie Wykonawcy do należytego wykonania umowy.

### **Pytanie 14**

Dotyczy Załącznik Nr 8 do SIWZ

Pozycja 1 Prosimy Zamawiającego o wydzielenie kombinezonów i utworzenie z nich odrębnego pakietu?

### **Pytanie 15**

Dotyczy Załącznik Nr 8 do SIWZ

Pozycja 1 Prosimy o dopuszczenie kombinezonu o następujących parametrach :

Kombinezom ochronny lekki wykonany z laminatu (polipropylen i polietylen) o gramaturze 63 g/m<sup>2</sup>, kolor biały z niebieskim oklejeniem szwów. Wyposażony w kaptur z elastycznym wykończeniem, gumkę z tyłu w pasie, w nadgarstkach i kostkach, zamek zakryty bez patki, Środek ochrony indywidualnej kat. III zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/425, typ 4B, 5B, 6B. Spełnione normy typ 4 wg EN 14605:2005 +A1:2009, typ 5 wg EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, typ 6 wg EN 13034:2005 + A1:2009, klasa 1 wg EN1073-2:2002, EN 14126:2003 +AC:2004

Ochrona przed krwią i płynami ustrojowymi	ISO 16604:2004	6
Ochrona przed skażonymi biologicznie aerozolami	ISO 22611:2003	3
Ochrona przed kontaktem z drobnoustrojami na sucho	ISO 22612:2005	3
Ochrona przed bezpośrednim kontaktem z substancjami zawierającymi skażone ciecze	EN 14126:2003 Załącznik A	6

EN 1149-5:2008. Produkt posiadający oznakowanie CE.

#### **Pytanie 16**

Czy Wykonawca prawidłowo rozumie, iż dni robocze, w których Zamawiający określa terminy w ramach §4 wzoru umowy to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy?

#### **Pytanie 17**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację terminu przewidzianego na realizację dostawy w ramach umowy poprzez wyrażenie go w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), a nie kalendarzowych?

Wykonawca wskazuje, iż z uwagi na organizację pracy zakładu Wykonawcy, Wykonawca w rzeczywistości ma możliwość spełnić swoje świadczenia wyłącznie w określone dni i godziny. W ocenie Wykonawcy termin określony w dniach roboczych jest terminem realnie

umożliwiający Wykonawcy wywiązanie się z nałożonego nań obowiązku, uwzględniający w szczególności organizację pracy zakładu Zamawiającego, z którego strony niezbędna jest współpraca przy realizacji niektórych zobowiązań Wykonawcy.

#### **Pytanie 18**

Czy Zamawiający dopuszcza, aby pozostała część zamówienia (tj. 90% ilości kombinezonów i fartuchów) była realizowana w ramach dostaw częściowych, z zastrzeżeniem zachowania terminu realizacji umowy określonego w §1 ust. 2 wzoru umowy?

#### **Pytanie 19**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kary umownej, o której mowa w zapisie §3 ust. 1 lit. a odnośnik nr 2 oraz lit. b wzoru umowy od wartości netto niezrealizowanej części umowy, w jakiej następuje odstąpienie/zakończenie współpracy?

Wykonawca wskazuje, iż Zamawiający nie powinien żądać kary umowy w zakresie wykonanej części umowy bowiem nie ponosi w tym względzie żadnej szkody. Brak szkody oznacza brak podstawy do żądania zapłaty ewentualnych kar umownych, które mają charakter kompensacyjny. Wykonawca nadmienia, iż klauzula przewidująca kary umowne o wygórowanym zakresie (przykładowo od zrealizowanych lub realizowanych części umowy) została wskazana na stronach Urzędu Zamówień Publicznych jako klauzula kontrowersyjna, naruszająca równowagę stron w sposób nadmierny, bowiem „kara umowna nie może być instrumentem służącym wzbogaceniu wierzyciela, a zatem przyznającym mu korzyść majątkową w istotny sposób przekraczającą wysokość poniesionej przez wierzyciela szkody” (wyrok SN z dn. 24 stycznia 2014 r., sygn. I CSK 124/13).

([https://www.uzp.gov.pl/data/assets/pdf\\_file/0012/41313/Lista-klauzul-naruszajacych-rownowage-kontraktowa-w-sposob-nadmierny.pdf](https://www.uzp.gov.pl/data/assets/pdf_file/0012/41313/Lista-klauzul-naruszajacych-rownowage-kontraktowa-w-sposob-nadmierny.pdf)).

#### **Pytanie 20**

Zamawiający w Rozdziale nr 9,4 pkt. 9.4.3 wymaga:

*9.4.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej*

*Na potwierdzenie należy złożyć: opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.*

*Suma gwarancyjna na jedno zdarzenie nie może być mniejsza niż: 450.000,00 PLN*

Zwracamy się z prośbą o wskazanie jakie zdarzenia związane z przedmiotem zamówienia ma obejmować zakres polisy OC?

Prosimy o wprowadzenie przez Zamawiającego treści udzielonych odpowiedzi do SIWZ i o nadanie im tym samym charakteru wiążącego dla wszystkich podmiotów biorących udział w tym postępowaniu.

#### **Pytanie 21**

W związku z brakiem w opisie przedmiotu zamówienia dot kombinezonu ochronnego rozmiarów jakich oczekuje Zamawiający prosimy o potwierdzenie iż jest Zamawiającemu wszystko jedno jakie rozmiary otrzyma i w jakiej ilości byleby oferta zgadzała się co do ilości tj 8585 szt .

Uzasadnienie : Brak wskazania rozmiarów w opisie siwz może doprowadzić do sytuacji gdzie Zamawiający otrzyma w trakcie realizacji same rozmiary XS lub XXXL bo takie np. mogą zalegać w magazynie .

#### **Pytanie 22**

dotyczące fartuchów. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fartuch ochronny medyczny pełnobarierowy, nie będący jednocześnie fartuchem sterylnym chirurgicznym bez dodatkowych aseptycznych troków ,serwet , ręczników lecz wykonany z materiału o gramaturze powyżej 40g/m<sup>2</sup> , z rękawem wykończonym za pomocą elastycznej wszytej w obrzeże gumy ?

#### **Pytanie 23**

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykończony u szyj na rzepy w kształcie kwadratów lub prostokątów jednak o innych wymiarach np. 2,5 cm lub 2x3 cm spełniający te same funkcje ?

#### **Pytanie 24**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartucha ochronnego gdzie szwy wykonane są inną techniką niż klejenie ultradźwiękami np. szycie potrójnym overlokiem z gwarancją szczelności w klasie 3 analogicznej jak dla kombinezonów ?

**Pytanie 25**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania pakowanie zbiorcze fartuchów w kartonach po 50 szt. gdzie każdy fartuch będzie spakowany oddzielnie i oznakowany za pomocą naklejanej etykiety zgodnie z procedurą znakowania środków ochrony indywidualnej .

**Pytanie 26**

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu spełnienia aktualnej normy PN EN 13795 1 – 3 która to norma dotyczy odzieży i materiałów stosowanych na blokach operacyjnych ?.

Uzasadnienie : Wymagana przez Zamawiającego norma to wysoce specjalistyczne zalecenia dla odzieży sterylnej stosowanej wyłącznie w obrębie pola operacyjnego i bloków operacyjnych .

Wymagania dla fartuchów ochronnych z barierą biologiczną podlegają normom EN 14605 i PN EN ISO 13688. Odzwierciedleniem tego faktu jest stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie epidemiologii – kopia w załączeniu

**ODPOWIEDZI****Ad. 1**

Kombinezon musi spełniać wymogi zawarte w SIWZ, formularzu cenowym (zał. Nr 8) oraz w odpowiedziach na pytania.

**Ad. 2**

Zamawiający przyzna 40 pkt. dostawcy który zrealizuje dostawę całości zamówienia w terminie 1 dnia od dnia zawarcia umowy.

**Ad. 3**

Nie.

**Ad. 4**

Zamawiający wymaga dostawy kombinezonów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w SIWZ.

**Ad. 5**

Opis jak w SIWZ.

**Ad. 6**

Norma jest użyta w SIWZ i Formularzu cenowym (zał. Nr 8).



**Ad. 7**

Tak.

**Ad. 8**

Tak, spełniając wymogi w SIWZ.

**Ad. 9**

Nie. Opis jak w SIWZ.

**Ad. 10**

Nie

**Ad. 11**

Nie.

**Ad. 12**

Zamawiający wymaga dostawy 100% podanej ilości kombinezonów i fartuchów ochronnych w terminie 40 dni od daty zawarcia umowy, z tym że 10% należy dostarczyć w okresie 2 dni od daty zawarcia umowy.

**Ad. 13**

*Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę umowy. Zamawiający zwraca uwagę, że zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zadane pytanie stanowi nadużycie prawa do wyjaśnień i de facto zmierza nie tyle do wyjaśnienia budzących wątpliwości postanowień SIWZ, ile do „dopasowania” zapisów do możliwości ofertowych wykonawcy.*

**Ad. 14**

Nie.

**Ad. 15**

Opis jak w SIWZ i odpowiedziach na pytania..

**Ad. 16**

Zamawiający poprzez dni robocze rozumie dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy określonych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 90 z późn. zm.).

**Ad. 17**

Zamawiający poprzez dni robocze rozumie dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy określonych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 90 z późn. zm.).

**Ad. 18**

Zamawiający dopuszcza.

**Ad. 19**

Zapis jak w projekcie umowy.

**Ad. 20**

Suma gwarancyjna OC dotyczy całości zamówienia.

**Ad. 21**

Nie. Zamawiający wymaga następujących rozmiarów: M – 500 szt., L - 1585 szt., XL – 3000 szt., XXL – 2500 szt., XXXL – 1000 szt., które będą podane w zmodyfikowanej SIWZ tj. Formularzu cenowym (zał. Nr 8).

**Ad. 22**

Nie. Opis jak w SIWZ.

**Ad. 23**

Opis jak w SIWZ.

**Ad. 24**

Nie. Opis jak w SIWZ.

**Ad. 25**

Tak.

**Ad. 26**

Nie. Opis jak w SIWZ.

W związku z powyższą modyfikacją SIWZ, Zamawiający na podstawie art. 12 a ust.1 przedłuża termin składania ofert:

**Było: 19.06.2020 r. godz. 09:00**  
**Powinno być: 06.07.2020 r. godz. 09:00**

Jak również termin otwarcia ofert.

**Było: 19.06.2020 r. godz. 09:30**  
**Powinno być: 06.07.2020 r. godz. 09:30**

oraz zmienia treść Formularza cenowego załącznik nr 8.

**Było:**

L.p.	Asortyment	Jednost. miary	Cena jednostkowa netto w (zł)	Ilość sztuk/ opakowań	Wartość netto w (zł)	VAT %	Wartość brutto w (zł)	Nazwa producenta
------	------------	-------------------	-------------------------------------	--------------------------	-------------------------	-------	--------------------------	---------------------

1	<p>Kombinezom ochronny lekki wykonany z laminatu (polipropylen i polietylen) o gramaturze 63 g/m<sup>2</sup>, kolor biały z niebieskim oklejeniem szwów. Wyposażony w kaptur z elastycznym wykończeniem, gumkę z tyłu w pasie, w nadgarstkach i kostkach, zamek zakryty samoprzylepną patką. Środek ochrony indywidualnej kat. III zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/425, typ 4B, 5B, 6B. Spełnione normy typ 4 wg EN 14605:2005 +A1:2009, typ 5 wg EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, typ 6 wg EN 13034:2005 + A1:2009, klasa 2 wg EN1073-2:2002, EN 14126:2003 +AC:2004 (klasa 6 Odporności na przenikanie skażonych cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego, klasa 6 Odporności a przenikanie czynników infekcyjnych w wyniku mechanicznego kontaktu z substancjami zawierającymi skażone ciecze, klasa 3 odporności na przenikanie skażonych ciekłych aerozoli, klasa 3 odporności na przenikanie skażonych cząstek stałych), EN 1149-5:2008. Produkt posiadający oznakowanie CE.</p>	szl.		8 585				
---	---	------	--	-------	--	--	--	--

2	<p>Jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny standard wykonany z włókniny hydrofobowej typu SMS o gramaturze 45 g/m<sup>2</sup>. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości min.45 cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 12,5 - 13 cm na jednej części fartucha i 6,5 -7,5 cm na drugiej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową lamówkę oraz nadruk z rozmiarówką, zgodnością z normą 13795 i zakresie procedur widoczny zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania. Do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki o wymiarach 30 cm x 30 cm, gramatura 56 g/m<sup>2</sup>. Fartuch wraz z ręcznikami zawinięty w serwetkę włókninową o wymiarach 60 cm x 60 cm. Odporność na przenikanie cieczy 53.3 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 227 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro 99.7 N. Opakowanie typu papier-folia, posiadająca 4 naklejki typu TAG służące do wklejenia w dokumentacji medycznej. Spełnia wymagania aktualnej normy PN EN 13795 1 - 3. Rozmiar: M- 1500 szt., L-4000 szt., XL- 5000 szt., XXL - 8000 szt.,XXXL - 1500 szt. Produkt posiadający oznakowanie CE.</p>	szt.	20 000					
---	--	------	--------	--	--	--	--	--

**RAZEM:**

**Powinno być:**

L.p.	Asortyment	Jednost. miary	Cena jednostkowa netto w (zł)	Ilość sztuk/ opakowań	Wartość netto w (zł)	VAT %	Wartość brutto w (zł)	Nazwa producenta
------	------------	----------------	-------------------------------	-----------------------	----------------------	-------	-----------------------	------------------

1	<p>Kombinezom ochronny lekki wykonany z laminatu (polipropylen i polietylen) o gramaturze <b>minimum</b> 63 g/m<sup>2</sup>, kolor biały z oklejeniem szwów taśmą. Wyposażony w kaptur z elastycznym wykończeniem, gumkę z tyłu w pasie, w nadgarstkach i kostkach, zamek zakryty samoprzylepną patką. Środek ochrony indywidualnej kat. III zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/425, typ 4B, 5B, 6B. Spełnione normy typ 4 wg EN 14605:2005 +A1:2009, typ 5 wg EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, typ 6 wg EN 13034:2005 + A1:2009, klasa 2 wg EN1073-2:2002, EN 14126:2003 +AC:2004 (klasa 6 Odporności na przenikanie skażonych cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego, klasa 6 Odporności na przenikanie czynników infekcyjnych w wyniku mechanicznego kontaktu z substancjami zawierającymi skażone ciecze, klasa 3 odporności na przenikanie skażonych ciekłych aerozoli, klasa 3 odporności na przenikanie skażonych cząstek stałych), EN 1149-5:2008.<b>Rozmiar: M – 500 szt., L - 1585 szt., XL – 3000 szt., XXL – 2500 szt., XXXL – 1000 szt.</b> Produkt posiadający oznakowanie CE.</p>	szt.		8 585				
---	--	------	--	-------	--	--	--	--

2	<p>Jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny standard wykonany z włókniny hydrofobowej typu SMS o gramaturze 45 g/m<sup>2</sup>. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości min.45 cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 12,5 - 13 cm na jednej części fartucha i 6,5 -7,5 cm na drugiej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową lamówkę oraz nadruk z rozmiarówką, zgodnością z normą 13795 i zakresie procedur widoczny zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania. Do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki o wymiarach 30 cm x 30 cm, gramatura 56 g/m<sup>2</sup>. Fartuch wraz z ręcznikami zawinięty w serwetkę włókninową o wymiarach 60 cm x 60 cm. Odporność na przenikanie cieczy 53.3 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 227 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro 99.7 N. Opakowanie typu papier-folia, posiadająca 4 naklejki typu TAG służące do wklejenia w dokumentacji medycznej. Spełnia wymagania aktualnej normy PN EN 13795 1 - 3. Rozmiar: M-1500 szt., L-4000 szt., XL- 5000 szt., XXL - 8000 szt., XXXL - 1500 szt. Produkt posiadający oznakowanie CE.</p>	szt.		20 000			
---	--	------	--	--------	--	--	--

**RAZEM:**

Pozostałe zapisy SIWZ i Formularza cenowego na „Dostawę kombinezonów ochronnych lekkich i fartuchów ochronnych (chirurgicznych)” nie uległy zmianie.

Zamawiający informuje, że Modyfikacja SIWZ i Formularza cenowego zostanie zamieszczona w zakładce przetargi pod w/w przetargiem na stronie internetowej WWW.scrmits.pl , natomiast po ukazaniu się Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia, Zamawiający zamieści ogłoszenie na stronie internetowej Zamawiającego.

Z up. Dyrektora

*mgr Przemysław Poznański*  
Z up. Dyrektora ds. Ekonomicznych  
Główny Księgowy