

Kielce, dn. 21.11.2019 r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE PRZETARGU NA:

„Dostawy sprzętu jednorazowego użytku”

Numer sprawy: TP/248/2019

W związku z zapytaniami dotyczącymi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: **„Dostawy sprzętu jednorazowego użytku”, numer sprawy: TP/248/2019** Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach zgodnie z Art. 38 ust. 2 ustawy pzp. przekazuje ich treść i odpowiedzi na nie:

PYTANIA

Pytanie Nr 1

Czy Zamawiający wyodrębni z postępowania jako osobne zadanie „Jednorazowe końcówki ochronne do termometru Brauna 20 szt.”, w celu umożliwienia zwiększenia konkurencyjności w postępowaniu?

Pytanie Nr 2

Czy Zamawiający wyodrębni z postępowania jako osobne zadanie „Papier termoczuły do EKG Zoll 90x90x200”, w celu umożliwienia zwiększenia konkurencyjności w postępowaniu?

Pytanie Nr 3

Czy Zamawiający wyodrębni z postępowania jako osobne zadanie „Papier do EKG X series z nadrukiem 80mmx20m”, w celu umożliwienia zwiększenia konkurencyjności w postępowaniu?

Pytanie Nr 4

Załącznik nr 2 do SIWZ, poz. 57

Prosimy o wyrażenie zgody na dopuszczenie rękawic:

- a) poziom szczelności AQL 1,5;
- b) grubości pojedynczej ścianki na: palcu 0,08mm +/-0,01, dłoń 0,07mm +/-0,01 mankiet 0,05mm +/-0,01;
- c) wewnętrznie chlorowane/polimeryzowane, z odstępniem od zewnętrznej warstwy polimeryzowanej;
- d) dopuszczone do kontaktu z żywnością potwierdzone piktogramami na opakowaniu oraz deklaracją producenta;
- e) przebadane na przenikanie substancji chemicznych:
 - ☒ wodorotlenek sodu 40% na poziomie 6
 - ☒ formaldehyd 37% na poziomie 6
 - ☒ nadtlenuk wodoru 30% na poziomie 2;

- informacja o substancjach oraz poziomie ochrony nadrukowana na opakowaniu;
- f) z odstępniem od odporności na przenikanie min. 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji;
- g) pozbawione tiuramów oraz MBT potwierdzone deklaracją producenta;
- h) rozmiar S, M, L, XL pakowane po 200 szt.

Jednocześnie w nawiązaniu do nowych przepisów ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści rękawice zgodne z normami EN 455, EN 420, EN ISO 374-1:2016, EN 374-2:2014, EN 16523-1:2015, EN 374-4:2013, EN 374-5:2016, z odpowiednim oznakowaniem na opakowaniu.

Zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej kategorii III.

W przypadku wyrażenia zgody na powyższe zmiany prosimy o utworzenie odrębnego pakietu dla tej pozycji.

5.Dotyczy pozycji 6 formularza cenowego

Czy Zamawiający dopuści elektrodę o średnicy 22mmx45mm z zachowaniem pozostałych warunków ?

6.Dotyczy pozycji 6 formularza cenowego

Czy Zamawiający dopuści elektrodę o wymiarach 42mmx56mm z zachowaniem pozostałych warunków ?

7.Dotyczy pozycji 47 formularza cenowego

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu z dużą komorą kropelkową o długości minimum 60mm w części przezroczystej?

8.Dotyczy pozycji 57-59 formularza cenowego

Czy Zamawiający wydzieli wyżej wymienione pozycje do osobnego pakietu? Pozwoli to złożyć konkurencyjną ofertę na pozostały asortyment

9.Dotyczy pozycji 71-72 formularza cenowego

Czy Zamawiający wydzieli wyżej wymienione pozycje do osobnego pakietu? Pozwoli to złożyć konkurencyjną ofertę na pozostały asortyment

10.Dotyczy pozycji 60-63 formularza cenowego

Czy Zamawiający oczekuje strzykawki z podwójną skalą pomiarową?

11.Dotyczy pozycji 60-63 formularza cenowego

Czy Zamawiający wymaga strzykawki bez ftalanów z informacją o ich braku na opakowaniu jednostkowym?

12.Dotyczy pozycji 60-63 formularza cenowego

Czy zamawiający wymaga strzykawek bez zawartości ftalanów – informacja na opakowaniu jednostkowym?

13.Dotyczy pozycji 60-63 formularza cenowego

Czy zamawiający wymaga strzykawek posiadających tłok w kontrastującym kolorze – nie mlecznym?

14.Dotyczy pozycji 60-63 formularza cenowego

Czy zamawiający wymaga strzykawek z kolorystycznym zróżnicowaniem opakowań w zależności od wielkości ?

15. Dotyczy pozycji 60-63 formularza cenowego

Czy zamawiający wymaga strzykawek z rozszerzoną skalą o minimum 20%?

16. Dotyczy pozycji 73 formularza cenowego

Czy zamawiający dopuści torbę na wymiociny wyposażone w wygodny plastikowy uchwyt zapewniający jednocześnie higieniczne i proste zamknięcie po napełnieniu, odcinając przy tym źródło przykrego zapachu i umożliwiając bezpieczną utylizację odpadu, w kolorze mlecznym, pojemność 1 500 ml wyposażona w skalę co 100 ml

17. Dotyczy poz. 30 formularza cenowego

Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 30 z pakietu zbiorczego i utworzenie z niego odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionej pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionej pozycji w dotychczasowym pakiecie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie.

18. Czy Zamawiający wyłączy poz. 11-15, 18-24 i 60-63 i utworzy oddzielny pakiet?

19. Czy Zamawiający w poz. 18 dopuści kaniulę wykonaną z FEP, wolną od lateksu i PCV, z zaworem iniekcijnym, z korkiem samodomykającym, z filtrem hydrofobowym, posiadająca 2 paski kontrastujące w RTG, korek luer-lock z trzpieniem powyżej jego krawędzi, ze skrzydełkami, rozmiar: 18G 1,3 x 32mm, przepływ 90ml/min?

20. Czy Zamawiający w poz. 19 dopuści kaniulę wykonaną z FEP, wolną od lateksu i PCV, z zaworem iniekcijnym, z korkiem samodomykającym, z filtrem hydrofobowym, posiadająca 2 paski kontrastujące w RTG, korek luer-lock z trzpieniem powyżej jego krawędzi, ze skrzydełkami, rozmiar: 20G 1,1 x 32mm, przepływ 56ml/min?

21. Czy Zamawiający w poz. 20 dopuści kaniulę wykonaną z FEP, wolną od lateksu i PCV, z zaworem iniekcijnym, z korkiem samodomykającym, z filtrem hydrofobowym, posiadająca 2 paski kontrastujące w RTG, korek luer-lock z trzpieniem powyżej jego krawędzi, ze skrzydełkami, rozmiar: 22G 0,9 x 25mm, przepływ 36ml/min?

22. Czy Zamawiający w poz. 21 dopuści kaniulę wykonaną z FEP, wolną od lateksu i PCV, z zaworem iniekcijnym, z korkiem samodomykającym, z filtrem hydrofobowym, posiadająca 2 paski kontrastujące w RTG, korek luer-lock z trzpieniem powyżej jego krawędzi, ze skrzydełkami, rozmiar: 16G 1,7 x 45mm, przepływ 200ml/min?

23. Czy Zamawiający w poz. 22 dopuści kaniulę wykonaną z FEP, wolną od lateksu i PCV, z zaworem iniekcijnym, z korkiem samodomykającym, z filtrem hydrofobowym, posiadająca 2 paski kontrastujące w RTG, korek luer-lock z trzpieniem powyżej jego krawędzi, ze skrzydełkami, rozmiar: 24G 0,7 x 19mm, przepływ 23ml/min?

24. Czy Zamawiający w po. 23. dopuści kaniulę bezpieczną z 6 paskami kontrastującymi w RTG, korek z trzpieniem powyżej krawędzi. Rozmiar: 18G 1,3x45, przepływ 100ml/min, 20G 1,1x32, przepływ 61 ml/min, 22G 0,9x25, przepływ 36ml/min? Pozostałe parametry zgodne SIWZ.

25. Czy Zamawiający w poz. 24 dopuści koreczek do kaniul z trzpieniem powyżej krawędzi korka, sterylne, niepirogenne, pakowane pojedynczo - 1szt, opakowanie folia/papier?

26. Czy Zamawiający w poz. 60-63 dopuści strzykawkę z mlecznym tłokiem?

27. Czy Zamawiający w poz. 62 dopuści strzykawkę ze skalą co 0,5ml?

28. Czy Zamawiający w poz. 63 dopuści strzykawkę ze skalą co 1 ml?

29. Czy Zamawiający w Pakiecie 1. poz. 5 dopuści strzykawkę z igłą?

30. Czy Zamawiający w Pakiecie 1. poz. 5 dopuści strzykawkę skalowaną U-100 j. zamiast U-40 j.?

31. Czy Zamawiający w Pakiecie 1. poz. 9 dopuści strzykawkę cewnikową z podwójną skalą i dodatkowym łącznikiem Luer, co jest korzystniejsze dla Zamawiającego?

32. Czy Zamawiający w Pakiecie 1. poz. 10 dopuści strzykawkę Janeta z centrycznym stożkiem do łączenia z cewnikiem, z dołączoną nasadką LUER, dwie skale naprzeciwległe, tłoczysko z elastycznym uszczelnieniem zapewniającym płynny przesuw?

33.Czy Zamawiający w Pakiecie 6. poz. 1 dopuści aparat do przetoczeń krwi z filtrem o powierzchni filtrującej 14,2 cm²? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

34.Czy Zamawiający w Pakiecie 6. poz. 2 dopuści aparat do przetaczania płynów infuzyjnych z systemem odpowietrzania i filtrem, precyzyjnym regulatorem przepływu; długość komory L=50 mm; komora kroplowa wykonana z medycznego PCV, komora i dren wolne od ftalanów, DEHP (informacja na opakowaniu piktogram), przyrządy pakowane w opakowanie z napisami w języku polskim (opisy nadrukowane)?

35.Czy Zamawiający wyłączy poz. 13 z Pakietu nr 11?

36.Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 24 poz. 2 dren do infuzji dożylnych z kranikiem trójdrożnym, wyposażonym w dodatkowy port iniekcyjny, zawór kranika wykonany z polietylenu, korpus kranika z poliwęglanu, wytrzymałość do 0,5 bara, dostępne długości drenów: 7, 10, 25, 50, 75, 100, 150, przyłącza kranika zabezpieczone koreczkami. Produkt sterylny, opakowanie papier/folia?

37.Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 24 poz. 3 system bezigłowy wyposażony w silikonową przeźroczystą membranę, bez zawartości lateksu i PCV, możliwość stosowania przy lekach lipidowych, cytostatykach i lekach nowej generacji, pakowany pojedynczo, z membraną silikonową i płaską powierzchnią wstrzyknięcia, umożliwiającą jej dezynfekcję, idealnie gładką i jednorodną, niesprzysługającą kolonizacji bakterii, pracujący w systemie zamkniętym, objętość napełnienia 0,045 ml, o natężeniu przepływu 540ml/min zgodnie z normą ISO 10555 umożliwiającą 600 aktywacji i/lub użytkowanie 7 dni, kompatybilny ze strzykawką typu luer, luer-lock oraz każdym przyrządem do przetoczeń; sterylny, jednorazowego użytku?

38.Czy Zamawiający wyłączy poz. 8 z Pakietu nr 26?

39.Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 25 poz. 3 w jednym opakowaniu 25 staz na rolce?

40.Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 32 bezpieczną kaniulę żylną wykonaną z poliuretanu z 6 paskami kontrastującymi w promieniach RTG. Igła zaopatrzona w specjalny automatyczny metalowy zatrząsk (w rozmiarach 14-17G) i metalowo-plastikowy zatrząsk (w rozmiarach 18-22G), samozamykający się po wyjęciu igły z kaniuli zabezpieczający koniec igły przed przypadkowym zakłuciem się personelu. Port górny z samodomykającym się korkiem, z filtrem hydrofobowym pełniącym funkcję zastawki, nazwa producenta bezpośrednio na produkcie, sterylizowana tlenkiem etylenu, bez PCV i lateksu, pakowana pojedynczo, średnica i długość kaniuli kodowana kolorystycznie?

41.Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 34 poz. 1 wycenę za opakowanie a'100 sztuk?

42.

Załącznik 2, poz. 10,17, 24-33,38,47,64-70,74

Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 10,17, 24-33,38,47,64-70,74 z załącznika nr 2. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.

43.

Załącznik 2, poz. 24

Czy zamawiający dopuści koreczki z trzpieniem powyżej krawędzi, którego konstrukcja zapewnia szczelność i kompatybilność ze standardowym portem, w kolorze białym, pakowane indywidualnie, zbiorczo po 100 szt. w opakowaniu w formie kartonika, opakowanie jednostkowe typu Tyvec?

44.

Załącznik 2, poz. 32

Czy zamawiający dopuści stazę w kolorze wyłącznie niebieskim?

45.

Załącznik 2, poz. 33

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

46.

Załącznik 2, poz. 47

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

47.

Załącznik 2, poz. 47

Czy zamawiający wymaga zaopiniowania przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

48.

Załącznik 2, poz. 47

Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.

49.

Załącznik 2, poz. 60-63

Czy zamawiający wydzieli poz.60-63 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

50.

Załącznik 2, poz. 60-63

Prosimy aby zamawiający dopuścił strzykawki bez nazwy producenta występującej bezpośrednio na cylindrze. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Cylinder posiada naniesioną nazwę IMPORTERA/DYSTRYBUTORA. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne.

51.

Załącznik 2, poz. 60-63

Czy zamawiający dopuści strzykawki trzyczęściowe odpowiednio do pozycji, posiadające jednostronną czytelną i niezmywalną skalę w kontrastowym kolorze, tłok w kolorze białym,:

- Strzykawka trzyczęściowa 2 ml Luer Lock 2 ml, skala co 0,1ml
- Strzykawka trzyczęściowa 5 ml Luer Lock 5 ml, skala co 0,2ml
- Strzykawka trzyczęściowa 10 ml Luer Lock 10 ml, skala co 0,5ml
- Strzykawka trzyczęściowa 20 ml Luer Lock 20 ml, skala co 1ml

52.

Załącznik 2, poz. 60-63

Czy zamawiający dopuści strzykawki bez kolorystycznego oznaczenia rozmiarów, gdyż rozmiar strzykawki jest wskazany na opakowaniu jednostkowym w postaci cyfry?

53.

Załącznik 2, poz. 64

Czy zamawiający dopuści jednostronną, czytelną skalę pomiarową, niezmywalną, w kontrastowym kolorze?

54.

Załącznik 2, poz. 74

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

55.

pakiet 1, pozycja 8-9- Zwracamy się z prośbą w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji aby Zamawiający wydzielił z pakietu 1 pozycję 8-9 i umożliwi składanie ofert wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego zadania. Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę .

56.

pakiet 1, pozycja 8- Czy zamawiający dopuści filtr oddechowy pediatryczny o wadze 15g, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

57.

Pakiet 1, pozycja 9- Czy zamawiający dopuści filtr oddechowy elektrostatyczny o wadze 22 g , martwa przestrzeń 34ml, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

58.

Pakiet 1, pozycja 9- Czy zamawiający dopuści filtr oddechowy elektrostatyczny o wadze 29 g , martwa przestrzeń 40 ml, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

59.

pakiet 1, pozycja 30 - Zwracamy się z prośbą w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji aby Zamawiający wydzielił z pakietu 1 pozycję 30 i umożliwi składanie ofert wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego zadania. Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę .

60.

pakiet 1, pozycja 71-72- Zwracamy się z prośbą w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji aby Zamawiający wydzielił z pakietu 1 pozycję 71-72 i umożliwi składanie ofert wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego zadania. Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę .

61.

Pakiet 1, pozycja 73- Czy zamawiający dopuści worek na wymiociny o pojemności 1500 ml, skalowany co 100 ml, bez dodatkowej skali numerycznej, przeźroczysty, z funkcją Twis&Lock na obręczy uniemożliwiająca wydostanie się zapachu i treści , plastikowy uchwyt?

62.

pakiet 1, pozycja 73 - Zwracamy się z prośbą w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji aby Zamawiający wydzielił z pakietu 1 pozycję 73 i umożliwi składanie ofert wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego zadania. Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę .

ODPOWIEDZI

Ad.1

Zamawiający nie planuje podziału zamówienia na części o czym poinformował w SIWZ

Ad.2

Zamawiający nie planuje podziału zamówienia na części o czym poinformował w SIWZ

Ad.3

Zamawiający nie planuje podziału zamówienia na części o czym poinformował w SIWZ

Ad.4

Zamawiający wymaga rękawic jak w opisie przedmiotu zamówienia w SIWZ.

Zamawiający nie planuje podziału zamówienia na części o czym poinformował w SIWZ

Ad.5

Dopuszczamy, pozostałe parametry jak w SIWZ

Ad.6

Nie dopuszczamy

Ad.7

Nie. Opis zgodnie ze SIWZ.

Ad.8

Zamawiający nie planuje podziału zamówienia na części o czym poinformował w SIWZ

Ad.9

Zamawiający nie planuje podziału zamówienia na części o czym poinformował w SIWZ

Ad.10

Dopuszczamy takie rozwiązanie, pozostałe parametry jak w SIWZ

Ad.11

Dopuszczamy ale nie wymagamy. Pozostałe parametry jak w SIWZ

Ad.12

Dopuszczamy, pozostałe parametry jak w SIWZ

Ad.13

Opis zgodnie ze SIWZ

Ad.14

Zamawiający wymaga strzykawek takich jak opisano w SIWZ

Ad.15

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza takie strzykawki, pozostałe parametry jak w SIWZ.

Ad.16

Dopuszczamy, pozostałe parametry jak w SIWZ.

Ad.17

Zamawiający nie planuje podziału zamówienia na części o czym poinformował w SIWZ

Ad.18

Zamawiający nie planuje podziału zamówienia na części o czym poinformował w SIWZ

Ad.19 do Ad.26

Nie. Wymogi jak opisane w SIWZ

Ad.27

Nie. Zamawiający wymaga skali co 0,2 ml jak opisano w SIWZ

Ad.28

Nie. Zamawiający wymaga skali co 0,5 ml jak opisano w SIWZ

Odpowiedzi na pytania od 29 do 41 nie możemy udzielić bo nie dotyczą niniejszego postępowania.

Ad.42

Zamawiający nie planuje podziału zamówienia na części o czym poinformował w SIWZ

Ad.43

Nie. Wymagania jak opisane w SIWZ

Ad.44

Dopuszczamy, nie wymagamy

Ad.45

Dopuszczamy, pozostałe parametry jak w opisie SIWZ

Ad.46

Nie. Wymagania jak opisane w SIWZ

Ad.47

Tak, wymagamy, pozostałe parametry jak w SIWZ

Ad.48

Dopuszczamy, pozostałe parametry jak w opisie SIWZ

Ad.49

Zamawiający nie planuje podziału zamówienia na części o czym poinformował w SIWZ

Ad.50

Dopuszczamy, pozostałe parametry jak w opisie SIWZ

Ad.51

Nie. Wymagania jak opisane w SIWZ

Ad.52

Nie. Wymagania jak opisane w SIWZ

Ad.53

Dopuszczamy. Pozostałe parametry jak w opisie SIWZ

Ad. 54

Dopuszczamy. Pozostałe parametry jak w opisie SIWZ

Ad. 55

Zamawiający nie planuje podziału zamówienia na części o czym poinformował w

Ad.56

Nie. Wymagania jak opisane w SIWZ

Ad.57

Nie. Wymagania jak opisane w SIWZ

Ad.58

Dopuszczamy. Pozostałe parametry jak w opisie SIWZ

Ad.59

Zamawiający nie planuje podziału zamówienia na części o czym poinformował w SIWZ

Ad.60

Zamawiający nie planuje podziału zamówienia na części o czym poinformował w SIWZ

Ad.61

Dopuszczamy. Pozostałe parametry jak w opisie SIWZ

Ad.62

Zamawiający nie planuje podziału zamówienia na części o czym poinformował w SIWZ

Podpisał: Pełnomocnik Kierownika Zamawiającego – Ryszard Bedla