

Kielce dn.14.08.2019 r.

**PYTANIA I ODPOWIEDZI
DOTYCZĄCE PRZETARGU NA:**

„Usługi serwisowania i naprawy sprzętu medycznego”

Numer sprawy: TP/170/2019

W związku z zapytaniami dotyczącymi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Usługi serwisowania i naprawy sprzętu medycznego”, numer sprawy: TP/170/2019 Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach zgodnie z Art. 38 ust. 2 ustawy pzp. przekazuje ich treść i odpowiedzi na nie:

PYTANIA

Zapytania dotyczące zadania nr 3:

1. Czy Zamawiający wymaga użycia dedykowanego przez Producenta smaru, który jest niezbędny do prawidłowego przeprowadzenia przeglądu technicznego? Nie nasmarowanie śruby poruszającej tłokiem może doprowadzić do zatarcia silnika.
2. Czy Zamawiający wymaga używania dedykowanego oprogramowania służącego do przeprowadzenia prawidłowo procesu kalibracji położenia tłoka? Pozwala to na odczyt danych z urządzenia, takich jak liczba użyć akumulatora.
3. Czy Zamawiający wymaga używania wyłącznie nowych i oryginalnych części zamiennych oraz zainstalowania najnowszej wersji oprogramowania?

ODPOWIEDZI

Ad. 1

Tak

Ad. 2

Tak

Ad.3

Zamawiający wymaga używania oryginalnych części zamiennych. Nie wymagamy zainstalowania najnowszej wersji oprogramowania.

Z up. Dyrektora
mgr inż. Ryszard Bedla
Z-ca Dyrektora
ds. Techniczno-Eksploatacyjnych