

.....
pieczęć oferenta.....
miejscowość ,data**Formularz parametrów punktowanych Nr sprawy TP/ 21 /2019**

Parametry punktowane	Punktacja	Tak/Nie*	Parametr oferowany*
Pojazd wyposażony w silnik o pojemności powyżej 2000 cm ³	TAK - 5 pkt. NIE – 0 pkt.		
Silnik o mocy powyżej 180 KM	TAK - 10 pkt. NIE – 0 pkt.		
Kabina kierowcy wyposażona w kurtyny powietrzne dla kierowcy i pasażera	TAK - 5 pkt. NIE – 0 pkt.		
System przesuwu fotela na prawej ścianie dostępny w każdym momencie eksploatacji (również w trakcie jazdy ambulansu, przy zapiętym bezwładnościowym pasie bezpieczeństwa przez osobę siedzącą na przesuwanym fotelu). System przesuwu niewymagający od Użytkownika używania narzędzi do przesuwu fotela tzn. możliwość przesuwania fotela analogiczna (podobna funkcjonalnie) jak w fotelu kierowcy.	TAK - 5 pkt. NIE – 0 pkt.		
System elektrycznego wspomaganie domykania drzwi przesuwanych prawych do przestrzeni ładunkowej	TAK - 5 pkt. NIE – 0 pkt.		
System elektrycznego wspomaganie domykania drzwi przesuwanych lewych do przestrzeni ładunkowej	TAK - 5 pkt. NIE – 0 pkt.		
Obciążenie dopuszczalne noszy ≥ 250kg	TAK - 5 pkt. NIE – 0 pkt.		
System automatycznego składania i rozkładania podwozia przedniego transportera przy załadunku i rozładunku noszy do karetki tzn. bez konieczności przyciskania jakichkolwiek dźwigni czy przycisków zwalniających mechanizm składania podwozia	TAK - 5 pkt. NIE – 0 pkt.		
System zabezpieczający przed złożeniem i opadnięciem w dół transportera w trakcie jego załadunku do ambulansu w przypadku gdy kółka najazdowe nie opierają się na stole medycznym (lawecie) a zwolniony jest mechanizm składania podwozia transportera	TAK - 5 pkt. NIE – 0 pkt.		
Defibrylator z funkcją pomiaru ciśnienia w trakcie napełniania mankietu, zsynchronizowaną z kablem EKG	TAK - 5 pkt. NIE – 0 pkt.		
Defibrylator z funkcją wyświetlania na ekranie w formie numerycznej rzeczywistej głębokości(cm) i częstości(1/min) uciśnień klatki piersiowej oraz prezentacja graficzna wykresu głębokości uciśnień klatki piersiowej	TAK - 5 pkt. NIE – 0 pkt.		
Filtr cyfrowy umożliwiający prezentację na ekranie niezakłóconego przebiegu EKG w trakcie uciskania klatki Piersiowej – dotyczy defibrylatora	TAK - 5 pkt. NIE – 0 pkt.		
Respirator przystosowany do pracy w urządzeniach MRI (rezonans magnetyczny) o indukcji min.3 Tesla	TAK - 5 pkt. NIE – 0 pkt.		
Krzesółko kardiologiczne wyposażone w odpinany i dopinany bez użycia narzędzi system trakcyjny umożliwiający zjazd po schodach	TAK - 5 pkt. NIE – 0 pkt.		
Obciążenie dopuszczalne krzesła kardiologicznego min 250 kg	TAK - 5 pkt. NIE – 0 pkt.		
Urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej automatycznie dostosowujące siłę kompresji do podatności klatki piersiowej pacjenta.	TAK - 5 pkt. NIE – 0 pkt.		
Urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej umożliwiające jego zamocowanie wraz z pacjentem na noszach, desce ortopedycznej , bez konieczności przerywania	TAK - 10 pkt. NIE – 0 pkt.		

jego pracy podczas przekładania pacjenta na sprzęt transportowy			
Max łączna suma punktów	95pkt		

* wypełnia Wykonawca

.....
(miejscowość i data)

.....
(podpis)