

.....  
pieczęć oferenta.....  
miejscowość ,data**Formularz parametrów punktowanych Nr sprawy TP/222/2018**

Parametry punktowane	Punktacja	Tak/Nie*	Parametr oferowany*
Pojazd wyposażony w silnik o pojemności powyżej 2000 cm <sup>3</sup>	TAK - 5 pkt. NIE – 0 pkt.		
Silnik o mocy powyżej 180 KM	TAK - 10 pkt. NIE – 0 pkt.		
Kabina kierowcy wyposażona w kurtyny powietrzne dla kierowcy i pasażera	TAK - 5 pkt. NIE – 0 pkt.		
Kamera cofania	TAK - 5 pkt. NIE – 0 pkt.		
System przesuwu fotela na prawej ścianie dostępny w każdym momencie eksploatacji (również w trakcie jazdy ambulansu, przy zapiętym bezwładnościowym pasie bezpieczeństwa przez osobę siedzącą na przesuwanym fotelu). System przesuwu niewymagający od Użytkownika używania narzędzi do przesuwu fotela tzn. możliwość przesuwania fotela analogiczna (podobna funkcjonalnie) jak w fotelu kierowcy.	TAK - 5 pkt. NIE – 0 pkt.		
Możliwość przesuwu fotela u węzłowia noszy w kierunku od noszy do ściany działowej w zakresie zapewniającym prawidłowe korzystanie z fotela tj. zarówno zajęcie prawidłowej pozycji przy noszach, odsunięcie fotela od noszy w celu obejścia noszy jak i ustawienie fotela w pozycji umożliwiającej przejście z przedziału medycznego do kabiny kierowcy. Przesuw fotela ma być dostępny w każdym momencie eksploatacji (również w trakcie jazdy ambulansu, przy zapiętym bezwładnościowym pasie bezpieczeństwa przez osobę siedzącą na przesuwanym fotelu). System przesuwu niewymagający od Użytkownika używania narzędzi do przesuwu fotela tzn. możliwość przesuwania fotela analogiczna (podobna funkcjonalnie) jak w fotelu kierowcy.	TAK - 5 pkt. NIE – 0 pkt.		
Obciążenie dopuszczalne noszy ≥ 250kg	TAK - 5 pkt. NIE – 0 pkt.		
System zabezpieczający przed złożeniem i opadnięciem w dół transportera w trakcie jego załadunku do ambulansu w przypadku gdy kółka najazdowe nie opierają się na stole medycznym ( lawecie ) a zwolniony jest mechanizm składania podwozia transportera	TAK - 5 pkt. NIE – 0 pkt.		
Defibrylator z funkcją pomiaru ciśnienia w trakcie napełniania mankieta, zsynchronizowaną z kablem EKG	TAK - 5 pkt. NIE – 0 pkt.		
Defibrylator z funkcją wyświetlania na ekranie w formie numerycznej rzeczywistej głębokości( cm) i częstości(1/min) uciśnień klatki piersiowej oraz prezentacja graficzna wykresu głębokości uciśnień klatki piersiowej	TAK - 5 pkt. NIE – 0 pkt.		
Filtr cyfrowy umożliwiający prezentację na ekranie niezakłóconego przebiegu EKG w trakcie uciskania klatki Piersiowej – dotyczy defibrylatora	TAK - 5 pkt. NIE – 0 pkt.		
Respirator przystosowany do pracy w urządzeniach MRI (rezonans magnetyczny) o indukcji min.3 Tesla	TAK - 5 pkt. NIE – 0 pkt.		
Krzeselko kardiologiczne wyposażone w odpinany i dopinany bez użycia narzędzi system trakcyjny umożliwiający zjazd po schodach	TAK - 5 pkt. NIE – 0 pkt.		

Obciążenie dopuszczalne krzeselka kardiologicznego min 250 kg	TAK - 5 pkt. NIE – 0 pkt		
Urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej automatycznie dostosowujące siłę kompresji do podatności klatki piersiowej pacjenta.	TAK - 5 pkt. NIE – 0 pkt		
Urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej umożliwiające jego zamocowanie wraz z pacjentem na noszach, desce ortopedycznej , bez konieczności przerywania jego pracy podczas przekładania pacjenta na sprzęt transportowy	TAK - 10 pkt. NIE – 0 pkt		
<b>Max łączna suma punktów</b>	<b>90pkt</b>		

\*wypełnia Wykonawca

.....  
(miejscowość i data)

.....  
(podpis)