

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE PRZETARGU NA:

„Dostawę artykułów medycznych”

Numer sprawy: TP/387/2020

W związku z zapytaniami dotyczącymi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: **„Dostawę artykułów medycznych” numer sprawy: TP/387/2020** Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach zgodnie z Art. 38 ust. 2 ustawy pzp. przekazuje ich treść i odpowiedzi.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Pytanie nr 1 – dotyczy zadania nr 2

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyłbic o następujących parametrach:
 - Produkt zgodny z Wymaganiami Rozporządzenia 2016/425 UE, oraz z normą EN 166
 - szyba - wykonana z tworzywa sztucznego, odpornego na łamanie; elastycznego oraz z przepuszczalnością światła nie mniejszą niż 74%;
 - szybka i taśma wokół głowy - odporne na **środki dezynfekujące zawierające alkohol**;
 - **przyłbica do wielokrotnego użytku**;
 - regulowany obwód opaski czołowej o szerokości ~ 2,5 cm
 - opaska czołowa wykonana z tworzywa odpornego na środki dezynfekujące zawierające alkohol, wyposażona w otwory pozwalające na oddychanie skóry podczas pracy
 - lekka
 - Dystans ~ 3,8 cm pomiędzy twarzą a szybką ochronną, umożliwiający cyrkulację powietrza oraz bezproblemowe użytkowanie dla osób noszących okulary;
 - Szybka uchylna, z regulowanym kątem pochylenia osłony, z blokowaniem pozycji,
 - ogranicza kontakt z zarazkami, wirusami, bakteriami;
 - Wyposażona w 10 wymiennych szybek w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy

Waga około 50g (komfort pracy)

Odpowiedź: Zamawiający wymaga przyłbic o takich parametrach jak w SIWZ.