

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE PRZETARGU NA:

„Dostawę ambulansu sanitarnego typu C przeznaczonego do przewozu osób ze znaczną otyłością tzw. karetki bariatrycznej”

Numer sprawy: TP/265/2020

W związku z zapytaniami dotyczącymi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: **„Dostawę ambulansu sanitarnego typu C przeznaczonego do przewozu osób ze znaczną otyłością tzw. karetki bariatrycznej” numer sprawy: TP/265/2020** Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach zgodnie z Art. 38 ust. 2 ustawy pzp. przekazuje jego treść i odpowiedź.

PYTANIA

1. W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy dopuści nosze o długości 200 cm, wyposażone w zagłówek powiększający długość noszy z odpinanym stabilizatorem, z płynną regulacją wysokości leża w zakresie 38-133 cm, rozkładane poręcze boczne dla pacjentów otyłych, wyposażone w 4 koła z tworzywa sztucznego, teleskopowo składany wieszak na płyny infuzyjne, materac odporny na płyny, środki dezynfekcyjne, oznaczenie elementów związanych z obsługą noszy, uchwyty do prowadzenia i sterowania noszami na jednej wysokości, możliwość kontroli terminu wymaganego przeglądu technicznego za pomocą aplikacji z poziomu telefonu/tableta, zintegrowany z noszami akumulator o pojemności 5Ah umożliwiający cały dzień pracy noszy, zgodność z normą elektryczną deklaracja zgodności, waga noszy 75 kg zgodnie z normą PN EN 1865-2+A1:2015, mocowanie mechaniczne umożliwiające zasilanie noszy po załadunku do ambulansu, panel sterowania z systemem ręcznej obsługi, bez wskaźników ledowych naprowadzających, akumulator na stałe wbudowany w nosze, nosze spełniają pozostałe wymagania OPZ?
2. W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy oczekuje aby nosze mocowane były na lawecie z przesuwem bocznym, dzięki czemu możliwe będzie spełnienie wymagań normy PN EN 1789 odnośnie minimalnych odległości noszy od przedziału medycznego?

ODPOWIEDZI

Ad.1

Opis jak w SIWZ.

Ad. 2

Opis jak w SIWZ.