

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE PRZETARGU NA:

„Dostawa artykułów jednorazowych”

Numer sprawy: TP/161/2021

W związku z zapytaniami dotyczącymi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: **„Dostawa artykułów jednorazowych” numer sprawy: TP/161/2021** Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach zgodnie z Art. 284 ust. 6 ustawy pzp. przekazuje ich treść i odpowiedzi.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Pytanie nr 1 (Zadanie nr 1 – dostawa masek ochronnych Poz.2)

Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności ofert wyrazi zgodę na zaoferowanie półmasek filtrujących FFP3 z zaworem, posiadających europejską normę zharmonizowaną EN 149:2001 + A1:2009, posiadających graficzną instrukcję zakładania maski nadrukowaną na opakowaniu zbiorczym (po 20szt.).

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w/w masek. Zamawiający podtrzymuje opis jak w SWZ.

Pytanie nr 2 (Zadanie nr 1, pozycja 1)

Czy Zamawiający odstąpi od parametru „opakowanie z nadrukowaną graficznie instrukcją zakładania”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od parametru „opakowanie z nadrukowaną graficznie instrukcją zakładania”.

Pytanie nr 3 (Zadanie nr 1, pozycja 2)

Czy Zamawiający odstąpi od parametru „opakowanie z nadrukowaną graficznie instrukcją zakładania”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od parametru „opakowanie z nadrukowaną graficznie instrukcją zakładania”.

Pytanie nr 4 (Zadanie nr 1, pozycja 3)

Czy Zamawiający dopuści maseczkę o wymiarach +/- 10% od podanych rozmiarów?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na maseczkę o wymiarach +/- od rozmiarów podanych jak w opisie zamówienia. Zamawiający podtrzymuje opis jak w SWZ.

Pytanie nr 5 (Zadanie nr 3, pozycja 1)

Czy Zamawiający dopuści koc ogrzewający z warstwami zewnętrznymi wykonanymi z włókniny polipropylenowej o gramaturze 30 g/m² w kolorze niebiesko-granatowym (poniżej zdjęcie poglądowe) w rozmiarze 110 cm x 220 cm spełniający pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza koca ogrzewającego o przedstawionej powyżej gramaturze, Zamawiający podtrzymuje opis jak w SWZ.

Pytanie nr 6 (Zadanie nr 3, pozycja 2)

Czy Zamawiający dopuści koc ogrzewający z warstwami zewnętrznymi wykonanymi z włókniny polipropylenowej o gramaturze 30 g/m² w kolorze niebiesko-granatowym (poniżej zdjęcie poglądowe) w rozmiarze 110 cm x 220 cm spełniający pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza koca ogrzewającego o przedstawionej powyżej gramaturze, Zamawiający podtrzymuje opis jak w SWZ.

Pytanie nr 7

Czy zamawiający wyrazi zgodę na podział zadania nr 1: „Dostawa masek ochronnych.” na dwa osobne zadania, a mianowicie pakiet składający się z półmasek filtrujących FFP2 i FFP3 oraz osobny pakiet maseczki chirurgiczne(medyczne). Podzielenie pakietu na dwa odrębne pakiety zwiększy zdecydowanie konkurencyjność złożonych ofert i pozwoli zaproponować produkt wysokiej jakości, w konkurencyjnej cenie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na podział zadania nr 1 na dwa osobne zadania. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 8 (Zadanie nr 3, poz. 1)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kocy o następujących parametrach: wymiary 110 x 220 cm, zewnętrzna warstwa polipropylenu – 30 g/m², reszta wymogów spełniona?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wyżej zaoferowane parametry kocy. Opis zgodnie z wymogami w SWZ.

Pytanie nr 9 (Zadanie nr 3, poz. 2)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowych kołder o następujących parametrach: wymiary 128 x 220 cm, na zewnątrz - włóknina SMS o gramaturze min. 30 g/m², wypełnienie – mieszanina poliestrowo-wiskozowa typu Molton o gramaturze min. 230 g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie jednorazowych kołder o wyżej przedstawionych parametrach. Opis zgodnie z wymogami w SWZ.

Pytanie nr 10 (Zadanie 1, poz. 3)

Czy zamawiający wydzieli poz.3 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli

Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji nr 3 z zadania nr 1. Opis zgodny z zapisami w SWZ.

Pytanie nr 11 (Zadanie 1, poz. 3)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe z przeliczeniem wartości w górę. Opis zgodny z SWZ.