

## **PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE PRZETARGU NA:**

### **„Dostawę środków dezynfekcyjnych i masek medycznych”**

#### **Numer sprawy: TP/108/2021**

W związku z zapytaniami dotyczącymi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę środków dezynfekcyjnych i masek medycznych” numer sprawy: **TP/108/2021** Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach zgodnie z Art. 284 ust. 6 ustawy pzp. przekazuje ich treść i odpowiedzi.

### **PYTANIA I ODPOWIEDZI**

#### **Pytanie nr 1**

Jako Wykonawca zainteresowany udziałem w przedmiotowym postępowaniu prosimy o modyfikację par. 3 ust. 1 lit. a wzoru umowy na następujący: " Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu dostawy w wysokości 0,5% wartości niedostarczonego towaru, za każdy dzień zwłoki,
- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Dostawcy w wysokości 10% niezrealizowanej części umowy netto".

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian.

#### **Pytanie nr 2**

Zatracamy się prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie iż należności objęte fakturą będą płatne w terminie do **30 dni** od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z Towarem i dokonania pokwitowania przyjęcia Towaru, przelewem bankowym na konto Dostawcy podane na fakturze.

#### **Odpowiedź:**

Należności objęte fakturą będą płatne w terminie zaoferowanym przez Dostawcę (ilość dni) od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z Towarem i dokonania pokwitowania przyjęcia Towaru, przelewem bankowym na konto Dostawcy podane na fakturze.

#### **Pytanie nr 3**

W związku z faktem, iż preparaty na bazie alkoholu do dezynfekcji powierzchni nie stanowią pełnego zabezpieczenia epidemicznego z uwagi na fakt, że alkohol może utrwalać zanieczyszczenia organiczne na powierzchniach, nie jest skuteczny w warunkach brudnych, posiada ograniczoną zdolność materiałową oraz nie posiada właściwości myjących. Prosimy Zamawiającego, że będzie wymagał zaoferowania preparatu bezalkoholowego o właściwościach myjąco dezynfekujących, skutecznego w warunkach brudnych (obciążenia organicznego) nie utrwalającego zanieczyszczeń organicznych o spektrum działania: B, F, Tbc, V (Polio, Adeno, Noro), S (B subtilis) w czasie do 1 minuty?

#### **Odpowiedź:**

Opis jak w SWZ.

#### **Pytanie nr 4**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania masek medycznych typ II, pakowanych w kartoniki bez podajnika? Pozostałe parametry bez zmian.

#### **Odpowiedź:**

Minimalne wymagania zawarte w SWZ i oferowany produkt powinien je spełniać.

#### **Pytanie nr 5**

**§ 3, ust. 1 a-b-** wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzeżenia kar umownych i obniżenie ich wysokości w następującym zakresie:

- §3 ust. 1a do kwoty 1% wartości niedostarczonej partii towaru
- §3 ust. 1a do kwoty 10% wartości niezrealizowanej części umowy w przypadku odstąpienia
- §3 ust. 1b do kwoty 10% wartości niezrealizowanej części umowy w przypadku odstąpienia

Należy się zgodzić ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, który traktuje karę umowną wprowadzoną do umowy w ramach swobody kontraktowania, jako tę której celem jest zapewnienie skuteczności więzi powstałej między stronami w ramach zawartej umowy, a także służy realnemu wykonaniu zobowiązań (Wyrok SN z 08.08.2008 r., V CSK 85/08, LEX nr 457785). Tenże zaznacza jednak, że „W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną” (Wyrok SN z 20.05.1980 r., I CR 229/80, LEX nr 2534), także wtedy kara umowna może zostać uznana za rażąco wygórowaną, gdy „w zastrzeżonej wysokości jawić się będzie jako nieadekwatna” (Wyrok SA w Katowicach z 17.12.2008 r., V ACa 483/08, LEX nr 491137). Kara umowna ma na celu zdyscyplinowanie wykonawcy, jednakże określenie jej przez Zamawiającego na rażąco wysokim poziomie prowadzi do naruszenia zasady współżycia społecznego i powoduje nadmierną nierówność stron

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

#### **Pytanie nr 6**

Polski rynek produktów dezynfekcyjnych, do wybuchu epidemii był uzależniony od dostawców zagranicznych, którzy z chwilą pojawienia się koronawirusa w Europie nie sprościli wzmożonemu zapotrzebowaniu przez szpitale. Pomimo braku surowców i komponentów nasza firma zachowała ciągłość dostaw, mało tego zwiększył dostawy kilkakrotnie.

Pragniemy podkreślić, że jesteśmy polskim producentem preparatów dezynfekcyjnych i posiadamy nowoczesną fabrykę wyrobów medycznych i produktów biobójczych w Polsce, a w czasie pandemii koronawirusa mogliśmy nieprzerwanie dostarczać nasze środki do polskich placówek służby zdrowia. Całą produkcję środków do dezynfekcji rąk i powierzchni kierowaliśmy w pierwszej kolejności do szpitali i jednostek służby zdrowia w Polsce.

Epidemia wciąż trwa, nikt nie jest w stanie przewidzieć jak dalej będzie ona przebiegać, kiedy znowu się nasili. W przypadku ewentualnej współpracy zwracamy Państwu uwagę na fakt, że kupując środki dezynfekcyjne wytworzone w polskiej fabryce, zyskujecie pewność zaopatrzenia w sytuacjach krytycznych, jednocześnie rozwijacie i wspieracie potencjał produkcyjny w naszym kraju. Z naszej strony deklarujemy gwarancję jakości produktu, dostawy wynikające z zakontraktowanych ilości, ciągłość i solidność obsługi oraz indywidualne podejście wynikające z potrzeb Państwa szpitala. Mając na uwadze dobro pacjentów i bezpieczeństwo personelu, którzy są na pierwszej linii frontu oraz zapewnienie im nieprzerwanych dostaw wnosimy o dopuszczenie niżej opisanych preparatów.

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 1 w pozycji nr 1 dopuści gotowy do użycia środek na bazie alkoholu, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni. Skład: etanol, 2-propanol. Łączna zawartość alkoholu do 70%. Bez zawartości dodatkowych substancji (aminy, QAV, aldehydu, fenolu). Polecany do dezynfekcji małych powierzchni: łóżek, foteli, aparatury medycznej, szafek, blatów oraz innych trudnodostępnych powierzchni. Zalecany do dezynfekcji mających kontakt z żywnością oraz końcówek stomatologicznych, wycisków silikonowych. Dezynfekcja środkiem poprzez spryskiwanie

lub przecieranie dezynfekowanych powierzchni, nie wymaga spłukiwania wodą. Produkt posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego np. Famed w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obciowe. Posiadający pozytywną opinię CZD lub równoważną. Spektrum bójcze potwierdzone badaniami z obszaru medycznego: B (MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae)(czas działania 30s), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, wirus grypy, Ebola), rota, noro w czasie od 30 sekund do 1 minuty. Produkt nie powoduje przebarwień, plam, zacieków oraz smug. Dostępny w dwóch wersjach zapachowych: neutral i teatonic. Produkt o podwójnej rejestracji: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. Konfekcjonowany w opakowanie 5L?

**Odpowiedź:**

Minimalne wymagania zawarte w SWZ i oferowany produkt powinien je spełniać.

**Pytanie nr 7**

Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan epidemii jak i czas trwania skutków epidemii oraz związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątplenia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, przewiduje możliwość wprowadzenia do treści istotnych warunków umowy klauzul pozwalających na zmianę treści zobowiązania wykonawcy w zakresie terminu dostawy na: w miarę dostępności u ich producenta? Jeżeli tak, to czy w Zamawiający wprowadzi klauzulę pozwalającą dokonać aneksowania umowy z wykonawcą - aby termin dostawy został dostosowany do bieżących uwarunkowań rynkowych związanych z nadzwyczajną sytuacją (stan epidemii) z jaką mamy obecnie do czynienia?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany w projektowanych postanowieniach umowy.

**Pytanie nr 8**

Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan epidemii jak i czas trwania skutków epidemii oraz związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątplenia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, potwierdzi że zgodnie z art. 15r. 1. oraz Art. 15r. 2. Ustawy z dnia 19.06.2020 r. (z późniejszymi zmianami ) o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, zwanej tarczą 4.0 (Dz. U. poz. 1086), nie będzie naliczał kar umownych, w przypadku kiedy problemy z dostawami lub reklamacją wynikają bezpośrednio ze stanu epidemii?

**Odpowiedź:**

Zamawiający będzie postępował w kwestii kar umownych zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem, w tym przepisami ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. poz. 1842 z późn. zm.).

**Pytanie nr 9**

Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan epidemii jak i czas trwania skutków epidemii oraz związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątplenia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, wprowadzi zapis do treści istotnych warunków umowy – pozwalający wykonawcy w razie wystąpienia szczególnych okoliczności na zmianę treści zobowiązania wykonawcy w zakresie możliwości odstąpienia jednostronnie od umowy o zamówienie publiczne przez wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, ale spowodowanych czynnikami od niego niezależnymi bez ponoszenia przez niego negatywnych skutków natury prawno-finansowych z tym związanych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie przewiduje zmiany w zawartych w SWZ projektowanych postanowieniach umowy zaproponowanych przez wykonawcę w zakresie wprowadzenia umownego prawa odstąpienia od umowy dla wykonawcy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, ale niezależnych od niego bez ponoszenia skutków prawno-finansowych .

**Pytanie nr 10**

Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stanem epidemii jak i czas trwania skutków epidemii oraz związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątplenia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, przewiduje możliwość wprowadzenia do treści istotnych warunków umowy – klauzul pozwalających na zmianę treści zobowiązania wykonawcy w zakresie możliwości waloryzacji cen ze względu na zmianę cen przez producenta, jeżeli wykonawca nie jest producentem? Jeżeli tak, to czy Zamawiający wprowadzi klauzulę pozwalającą dokonać aneksowania umowy z wykonawcą w taki sposób, aby waloryzacja cen została dostosowana do bieżących uwarunkowań rynkowych związanych z nadzwyczajną sytuacją (stan epidemii) z jaką mamy obecnie do czynienia?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie przewiduje zmiany w zawartych w SWZ projektowanych postanowieniach umowy, zaproponowanych przez wykonawcę w zakresie wprowadzenia klauzul umożliwiających zmianę ceny zaoferowanej przez wykonawcę w przypadku zmiany cen producenta, jeżeli wykonawca nie jest producentem.

**Pytanie nr 11**

Czy w Załączniku nr 5a do SWZ – Zamawiający mógłby dopuścić preparat wyłącznie na bazie etanolu 45g/100g (57%), zarejestrowany jako wyrób medyczny do szybkiej dezynfekcji powierzchni wrażliwych, odpornych na działanie alkoholu, również nieinwazyjnych produktów medycznych, ekranów, klawiatur i paneli kontrolnych, o spektrum: B, Tbc, F, V ( HIV, HBV, HCV/BVDV) - 0,5 min., V(Rota, Noro/MNV) - 0,5 min., V(Vaccinia) - 1 min., V(Adeno) - 3 min.?

**Odpowiedź:**

Nie. Wyrób musi spełniać minimalne wymagania zawarte w SWZ.

**Pytanie nr 12**

Czy zamawiający dopuści maskę chirurgiczną spełniającą normę PN-EN 14683 – TYP II w zakresie filtracji BFE 99,5% aerozoli biologicznych?

**Odpowiedź:**

Minimalne wymagania zawarte w SWZ i oferowany produkt powinien je spełniać.

**Pytanie nr 13**

Czy zamawiający dopuści maskę trójwarstwową, wysokobarielową, na gumkę lub troki, posiada sztywnik na nos pomiędzy warstwami włókniny, w kolorze niebieskim, o gramaturze jednej warstwy ok.25 g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź:**

Minimalne wymagania zawarte w SWZ i oferowany produkt powinien je spełniać.

**Pytanie nr 14**

Czy Zamawiający potwierdza, że w trosce o jakość dostarczanego asortymentu wymaga, aby zamawiany towar dostarczany był pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”, które umożliwiają dostosowanie temperatury i wilgotności przewożonego asortymentu, do wymogów ustalonych przez producenta i umieszczonych na opakowaniach?

Zbyt wysoka temperatura w czasie transportu może negatywnie wpłynąć na szczelność opakowania jednostkowego a tym samym utratę sterylności. Ze względu na obecne zagrożenie epidemiologiczne COVID-19, jest to sytuacja szczególnie niebezpieczna. Zbyt niska temperatura (ujemna), może

natomiast doprowadzić do uszkodzenia sprzętu wykonanego z medycznego PVC, mikropęknięcia, rozszczelnienie zastawek itp. Wytwórcy sprzętu medycznego coraz częściej jako powód nie uznania reklamacji, podają przechowywanie (transport) towaru niezgodnie z zaleceniami producenta.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie stawia wymogów w tym zakresie.

**Pytanie nr 15**

Czy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381) pkt 5.5 ppkt. 2 „produkty lecznicze oraz wyroby medyczne chroni się od szkodliwego wpływu światła, temperatury, wilgoci i innych czynników zewnętrznych”, w trosce o jakość dostarczanego asortymentu Zamawiający wprowadzi do umowy następujący zapis?

„Wykonawca zobowiązuje się dostarczać zamawiany towar, do siedziby Zamawiającego odpowiednimi środkami transportu, czyli pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu”.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie stawia wymogów w tym zakresie.

**Pytanie nr 16**

Czy w świetle obecnych wydarzeń Zamawiający oczekuje, aby dostarczany towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi? Takie rozwiązanie pozwoli na zabezpieczenie przed wzajemnym skażeniem produktów oraz ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie stawia wymogów w tym zakresie.

**Pytanie nr 17**

Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawca zamówionego towaru (jego pracownik) pomagał przy rozładunku towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie stawia takiego wymogu, natomiast sprawdzenie zgodności dostarczonego towaru z zamówieniem jest niezbędne dla otrzymania potwierdzenia dostarczenia towaru przez Dostawcę.

**Pytanie nr 18**

„Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy o wyrobach medycznych, wyroby są transportowane, składowane oraz przechowywane w warunkach zapewniających ich nienaruszalność, zachowanie właściwości oraz bezpieczeństwo pacjentów, użytkowników i osób trzecich.

W związku z powyższym jakich środków transportu wymaga Zamawiający dla poszczególnych rodzajów wyrobów medycznych stanowiących przedmiot zamówienia, zwłaszcza w zakresie zachowania zakresu dopuszczalnych temperatur przechowywania i transportu tych wyrobów? Czy i jakich dokumentów lub oświadczeń wymaga Zamawiający dla potwierdzenia spełnienia tych wymagań?”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie stawia wymogów w tym zakresie. To na Wykonawcy spoczywa obowiązek dostarczenia towaru o wymaganych parametrach opisanych w SWZ.

**Pytanie nr 19**

Czy Zamawiający dopuści maski medyczne wykonane z trzech warstw włókniny o gramaturze 3 x 25 gram, typ II?

**Odpowiedź:**

Minimalne wymagania zawarte w SWZ i oferowany produkt powinien je spełniać.

**Pytanie nr 20**

Czy Zamawiający dopuści do zaofiarowania: Maska medyczna jednorazowa, chirurgiczna. Wykonana z trzech warstw niepylącej włókniny (min. 17g/m<sup>2</sup> + 25g/m<sup>2</sup> + 17g/m<sup>2</sup>) o wymiarach 17,5 x 9,5 cm, posiadająca wkładkę modelującą na nos, odporna na rozpryski, mocowana na elastyczne tasiemki, wykonane z miękkiej włókniny, nie zawierająca lateksu, jednorazowego użytku, niejałowa. Skuteczność filtracji bakterii BFE ≥98%. Pakowane w kartonik, podajnik z możliwością pojedynczego wyjmowania. Maska zgodna z normą PN-EN 14683:2019+AC:2019, typ II. Kolor niebieski.

**Odpowiedź:**

Minimalne wymagania zawarte w SWZ i oferowany produkt powinien je spełniać.

**Pytanie nr 21**

Prosimy o dopuszczenie preparatu opartego na mieszaninie alkoholi (etanolu i izopropanolu) o zawartości 75g/ 100 g spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.

**Odpowiedź:**

Minimalne wymagania zawarte w SWZ i oferowany produkt powinien je spełniać.

**Pytanie nr 22**

Prosimy o dopuszczenie do oceny środka dezynfekcyjnego do szybkiej dezynfekcji powierzchni, urządzeń i wyposażenia medycznego. Gotowy do użycia preparatu alkoholowego opartego, na bazie etanolu 57 g/w oraz alkoholu propan-2-ol - 6g w 100g wyrobu, o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym, prątkobójczym w tym wobec prątków gruźlicy, pełne działanie wirusobójcze. Środek przeznaczony do szybkiej dezynfekcji małych i trudnodostępnych powierzchni w obszarze medycznym. Dezynfekcja środkiem poprzez spryskiwanie lub przecieranie dezynfekowanych powierzchni, nie wymaga splukiwania wodą. Czas działania preparatu od 30 sekund do 2 minuty (działanie grzybobójcze). Preparat nie powodujący przebarwień, plam, zacieków i smug.

**Odpowiedź:**

Minimalne wymagania zawarte w SWZ i oferowany produkt powinien je spełniać.