

Kielce 01.03.2021r.

PYTANIA i ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na „Dostawę środków pulsoksymetrów z kapnometrem”, nr sprawy: TP/71/2021.

Zgodnie z art. 284 ust. 6. Zamawiający udziela następujących wyjaśnień

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści aparat o wadze 650g razem z modułem kapnografii?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pulsoksymetrów o wadze 0,50 kg z możliwością pomiaru pulsu z dokładnością 2% spełniających wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego?

Odpowiedź: Opisywane parametry są zgodne z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w modyfikacji przetargu z dnia 26.02.2021r.