

Kielce, dn. 03.08.2022 r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE PRZETARGU NA:

„Dostawę ambulansu sanitarnego typu C wraz z wyposażeniem oraz dwóch respiratorów transportowych”

Numer sprawy: TP/173/2022

W związku z zapytaniem dotyczącym postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę ambulansu sanitarnego typu C wraz z wyposażeniem oraz dwóch respiratorów transportowych” numer sprawy: TP/173/2022 Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach zgodnie z Art. 135 ust. 6 ustawy pzp. przekazuje ich treść i odpowiedzi.

PYTANIA

Pytanie nr 1 (dotyczy zadania nr 2)

W związku z chęcią przystąpienia naszej firmy do przedmiotowego przetargu zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o dopuszczenie i możliwość zaoferowania innego respiratora niż opisany w załączniku nr 6b model Medumat Transport i wyrazi zgodę na lekkie, przenośne urządzenie o wszechstronnych możliwościach, opisane poniżej

Lp.	Sugerowane parametry techniczne	Tak/Nie	Parametr oferowany
1.	Respirator fabrycznie nowy, rok min 2022. Podać markę, model, rok produkcji		
2.	Możliwość pracy w różnych środowiskach: m.in. w ambulansach, w szpitalach, w transporcie lotniczym, konstrukcja przenośna, zgodnie z normą EN 1789		
3.	Respirator przeznaczony do wentylacji dorosłych, dzieci i niemowląt od 5 kg		
4.	Respirator w zwartej i wytrzymałej obudowie, z możliwością zawieszenia na ramie łóżka, noszy lub na wózku medycznym, z uchwytem do przenoszenia w rękę i paskiem umożliwiającym zawieszenie na ramieniu. Zestaw wyposażony w torbę ochronną wykonaną z materiału typu PLAN zapobiegającemu dostaniu się zanieczyszczeń lub wody do przestrzeni respiratora, umożliwiającą swobodny dostęp do wszystkich funkcji.		

5.	Zestaw składa się z: respiratora transportowego, butli min 2 l, reduktora z przepływomierzem min 0-15 l/min, przewodu ciśnieniowego umożliwiającego podłączenie respiratora do zewnętrznego źródła tlenu ze złączem AGA min 2 m, kieszeni na akcesoria, maski nr 5, przewodu pacjenta, płuca testowego		
6.	Zasilanie elektryczne: - zewnętrzny zasilacz AC-DC, 230V 50/60Hz - wymienny akumulator min. 2800 mAh - zasilacz samochodowy DC-DC		
7.	Zasilanie tlenowe: - niskociśnieniowe – 21-100% O ₂ - wysokociśnieniowe – mikser tlenowy 30-95%		
8.	Napęd turbinowy pozwalający na pracę i swobodną wentylację pacjenta bez zewnętrznego zasilania gazowego		
9.	Czas pracy akumulatora min. 3,5 godzin		
10.	Czas ładowania akumulatora do 4 godzin.		
11.	Możliwość wymiany akumulatora przez użytkownika, bez użycia narzędzi		
12.	Konstrukcja kompaktowa, przenośna, waga maksymalna do 1,5 kg		
13.	Sterowanie za pomocą pokrętła funkcyjnego		
14.	Wyświetlanie parametrów i ustawień na kolorowym wyświetlaczu.		
15.	Autotest sprawdzający działania respiratora każdorazowo po włączeniu urządzenia lub wprowadzeniu nowego pacjenta		
16.	Możliwość ustawienia parametrów oddechowych na podstawie wagi pacjenta i wybranego trybu wentylacji		
17.	Automatyczne rozpoznanie zastosowanego układu oddechowego dorosły/dziecko podczas testu początkowego		
18.	Typy i tryby wentylacji;		
19.	SIMV-VC-PS		
20.	SIMV-PC		
21.	HFNC		
22.	CPR		
23.	Wdech manualny - według ustalonych aktualnie parametrów		
24.	CPAP-PS - ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych ze wsparciem ciśnieniowym		
25.	Backup – tryb awaryjny na wypadek bezdechu		
26.	Możliwość ustawienia własnych startowych parametrów wentylacji		
27.	Parametry regulowane:		
28.	Częstość oddechowa: płynna regulacja w zakresie min. 2 – 60 odd/min		
29.	Wartość graniczna ciśnienia: płynna regulacja w zakresie min. 11 – 60 odd/min		

30.	Objętość oddechowa: płynna regulacja w zakresie mn. 50 – 1900 ml		
31.	Współczynnik I:E min. od 1:4 do 4:1		
32.	Czas wdechu: płynna regulacja w zakresie min. 0,3 – 4s.		
33.	Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej: 21 - 100% (z nisko i wysokociśnieniowego źródła tlenu)		
34.	Zastawka PEEP: 0 – 20 cmH ₂ O, regulowana zewnętrznie		
35.	Przepływomierz: zakres regulacji 0,5 – 35 l/min		
36.	Ciśnienie w trybie CPAP PS: regulowane w zakresie 5 – 50 cmH ₂ O		
37.	Czułość triggera: regulowane w zakresie -0,25 do -10 cmH ₂ O,		
38.	HFNC zakresy regulowane: - przepływ: 10-60 l/min, - graniczna wartość ciśnienia: 20-60 cmH ₂ O, - czas narastania: 0-20 min.		
39.	Parametry monitorowane		
40.	Częstotliwość oddechowa		
41.	Objętość minutowa		
42.	Objętość oddechowa wdechowa lub wydechowa		
43.	PEEP		
44.	I:E		
45.	Szczytowe ciśnienie oddechowe		
46.	Krzywa przepływu lub ciśnienia w drogach oddechowych		
47.	Alarmy:		
48.	Niskiej i wysokiej częstotliwości oddechowa		
49.	Wysokiego ciśnienia		
50.	Niskiej objętości oddechowej		
51.	Przecieku		
52.	Bezdechu		
53.	Niskiej i wysokiej objętości minutowej		
54.	PEEP		
55.	Alarmy techniczne, minimum: rozładowany akumulator, niski poziom naładowania, odłączenie pacjenta, odłączenie rurki, odłączenie zasilania.		
56.	Zmywalny pokrowiec wyposażony jest w rączkę do przenoszenia, pasek do powieszenia na ramieniu, specjalny uchwyt który umożliwia powieszenie respiratora na noszach.		
57.	Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz dostawą, Deklaracja Zgodności, folder z parametrami technicznymi – dołączyć.		
58.	Okres gwarancji min. 24 miesiące, paszporty techniczne i karty gwarancyjne dostarczyć wraz z dostawą aparatury.		
59.	Dołączyć wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub		

	autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów wraz z dostawą aparatury		
--	---	--	--

ODPOWIEDZI

Ad. 1

Zamawiający nie wyraża zgody, oferowany respirator musi spełniać minimalne wymagania określone w SWZ.