

Kielce, dn. 28.09.2023 r.

**PYTANIA I ODPOWIEDZI
DOTYCZĄCE PRZETARGU NA:**

**„Dostawa trzech ambulansów ratunkowych typu C z wyposażeniem”
Numer sprawy: TP/230/2023**

W związku z zapytaniem dotyczącym postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: **„Dostawa trzech ambulansów ratunkowych typu C z wyposażeniem” numer sprawy: TP/230/2023** Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach zgodnie z Art. 135 ust. 6 ustawy pzp. przekazuje ich treść i odpowiedzi.

Pyt. 1. III. INSTALACJA ELEKTRYCZNA 3. 3.

Zwracamy się z zapytaniem o przeniesienie na zasadach równoważności funkcji sterowania Termoboxem oraz wyświetlania temperatury bezpośrednio na front urządzenia.

Główne powody, dla których uważamy, że to rozwiązanie jest zasadne, Szybkość i Precyzja: Przeniesienie wyświetlacza na front urządzenia umożliwi zespołowi medycznemu natychmiastowy dostęp do kluczowych informacji. To zdecydowanie skróci czas reakcji i pozwoli na precyzyjne działania w krytycznych sytuacjach.

Ergonomia i Komfort: Nasze rozwiązanie zapewni personelowi medycznemu wygodę i ergonomiczną pracę. Nie będą musieli przemieszczać się między różnymi panelami sterującymi, co znacząco zwiększy komfort pracy.

Intuicyjność Obsługi: Frontowy wyświetlacz sprawi, że obsługa urządzenia stanie się bardziej intuicyjna i logiczna. Nowi użytkownicy szybko oswoją się z jego obsługą, co zminimalizuje ryzyko błędów.

Skupienie na Pacjencie: Dzięki naszej propozycji personel medyczny będzie mógł bardziej skoncentrować się na potrzebach pacjentów, zamiast tracić cenny czas na obsługę wielu paneli.

Odpowiedź: Oferowany produkt musi spełniać wymagania zawarte w SWZ

Pyt. 2. Dotyczy załącznik 6a i 6b - pkt. VIII.2 - z uwagi, iż podstawa pod nosze jest elementem zintegrowanym z zabudową i nie jest sprzętem medycznym - nie ma do niej paszportu i odrębnej karty gwarancyjnej - prosimy o rezygnację z tego wymogu.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z wymogu i dokona stosownych zmian SWZ.

Pyt. 3. Dotyczy załącznik 6a i 6b - pkt. V.2 (mała butla tlenowa) – czy nie doszło do omyłki pisarskiej – „modułu gazowego inkubatora”.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że doszło do omyłki. Zamawiający dokona stosownych zmian SWZ.

Pyt. 4. Dotyczy załącznik 6a i 6b – prosimy o doprecyzowanie ilości butli tlenowych i reduktorów – butle i reduktory są opisane w pkt. VI.11, VI.15, V.1, V.2 oraz VI.1. Czy Wykonawca dobrze rozumie iż Zamawiający wymaga – dwóch sztuk dużych butli tlenowych 10l, dwóch sztuk małych butli tlenowych 2,7, dwóch reduktorów do małych butli tlenowych, jednocześnie nie wymaga reduktorów do dużych butli tlenowych.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dwóch sztuk butli tlenowych 10l, dwóch sztuk butli tlenowych 2,7l oraz dwóch sztuk reduktorów kompatybilnych z oferowanymi dużymi butlami o pojemności 10l.

Pyt. 5. Dotyczy załącznik 6a i 6b - prosimy o potwierdzenie, iż przeglądy okresowe samochodu bazowego nie mają być ujęte w cenie oferty i Zamawiający będzie je wykonywał na własny koszt w ASO pojazdu bazowego zgodnie z zaleceniami producenta.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pyt. 6. Dotyczy załącznik 6a i 6b - czy przeglądy okresowe sprzętu medycznego wraz z dojazdem na przegląd do siedziby Zamawiającego mają być wliczone w cenę oferty co podniesie jej koszt?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga wliczenia wymienionych przeglądów w cenę oferty.

Pyt. 7. Dotyczy załącznik 6a i 6b - prosimy o dopuszczenie dostawy ambulansu na kołach na koszt i ryzyko Wykonawcy co umożliwi przetestowanie oraz dotarcie pojazdu.

Odpowiedź: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie. Zamawiający wymaga dostawy pod wskazany w SWZ adres.

Pyt. 8. Dotyczy załącznik 6a i 6b - prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający nie wymaga wliczenia w ofertę bezpłatnych przeglądów adaptacji medycznej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza

Pyt. 9. Czy zamawiający dopuści zestaw transportowy tj. nosze i transporter fabrycznie nowy rok produkcji 2022r.?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokona stosownych zmian.

Pyt. 10. Czy zamawiający dopuści defibrylator transportowy fabrycznie nowy rok produkcji 2022r.?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokona stosownych zmian.

Pyt. 11. Czy zamawiający dopuści respirator transportowy z wyposażeniem fabrycznie nowy rok produkcji 2022r.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokona stosownych zmian.

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji SWZ i przedłużenia terminu składania ofert.