

Kielce, dn. 20.10.2023 r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE PRZETARGU NA:

„Dostawę ambulansów sanitarnych typu A2 szt.2”

Numer sprawy: TP/240/2023

W związku z zapytaniem dotyczącym postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: **„Dostawa ambulansów sanitarnych typu A2 szt. 2” numer sprawy: TP/240/2023** Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach zgodnie z Art. 135 ust. 6 ustawy pzp. przekazuje ich treść i odpowiedzi.

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuszcza standardowy termin płatności przyjęty w obrocie gospodarczym na terenie UE i wynoszący całość ceny oferty do 30 dni ?

Wyjaśniamy, że wydłużony termin płatności do 60/90 dni zwiększa cenę oferty o kwotę dodatkowego finansowania kolejnych dni.

Odpowiedź: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie. Wykonawca wskazuje termin płatności.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby odbiór ambulansu odbył się w siedzibie Wykonawcy tj. w zakładzie wykonującym zabudowę medyczną, co pozwoli na przeprowadzenie gruntownego szkolenia z zakresu obsługi ambulansu i jego wyposażenia ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Wymogi zawarte są w SWZ.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi aktualnej normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą, posiadający silnik zapewniający osiągnięcie odpowiednich przyspieszeń o mocy 120 kW, o max momencie obrotowym wynoszącym 380 Nm i pojemności skokowej 2299 cm³?

Odpowiedź: Wymogi zawarte są w SWZ.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi specyfikacji technicznej Zamawiającego oraz wymogi normy PN EN 1789 jako typ B ?

W ten sposób Zamawiający ma bardziej uniwersalny, lepiej wyposażony ambulans, który nie jest obłożony podatkiem akcyzowym.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Wymogi zawarte są w SWZ.

Pytanie 5

Czy w okresie gwarancji za przeglądy pojazdu bazowego z materiałami zużywalnymi typu klocki hamulcowe, olej, filtry itp. oraz za przeglądy wyposażenia medycznego z dojazdami płaci Zamawiający ?

Odpowiedź: Za w/w czynności płaci Zamawiający.

Pytanie 6

Prosimy o potwierdzenie, że koszty dojazdu/transportu do/z serwisu ponosi Zamawiający i Wykonawca nie musi ich wliczać w cenę oferty?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 7

Czy ambulans będzie przeznaczony do działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych ?

Odpowiedź: Ambulans będzie przeznaczony do świadczenia usług transportu sanitarnego. Świadczenie usług transportu sanitarnego nie mieści się w zakresie legalnej definicji świadczeń zdrowotnych zawartej w art. 2 pkt 10 ustawy o działalności leczniczej [Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 991 z późn. zm.)], jak też legalnej definicji świadczenia zdrowotnego zawartej w art. 5 pkt 40 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych [Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 z późn. zm.)]. Stosownie do postanowienia art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej działalność lecznicza polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Zgodnie zaś z art. 8 tej ustawy rodzajami działalności leczniczej są: stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne albo inne niż szpitalne oraz ambulatoryjne świadczenia zdrowotne. Określenie zakresów powyższych rodzajów działalności leczniczej zawierają przepisy art. 2 pkt 11 i 12 oraz art. 9-12 ustawy o działalności leczniczej.

Pytanie 8

Czy użytkownik końcowy jest podmiotem leczniczym wpisanym do odpowiedniego rejestru ?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 9

Czy Radioodtwarzacz fabryczny winien być wyposażony w funkcję Bluetooth oraz gniazdo USB pozwalające kierowcy na szybkie i bezpieczne łączenie się z urządzeniami mobilnymi typu telefon komórkowy, mapy, bazy danych itp. oraz sterowanie pod kołem kierownicy, co podnosi bezpieczeństwo kierowania pojazdem ?

Odpowiedź: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.