

Kielce, dn. 29.06.2023 r.

## **PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE PRZETARGU NA:**

**„Dostawa ambulansu sanitarnego typu C przeznaczonego do zabudowy na ambulans neonatologiczny wraz z zabudową na ambulans neonatologiczny i wyposażeniem”**

**Numer sprawy: TP/110/2023**

W związku z zapytaniami dotyczącymi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: **„Dostawa ambulansu sanitarnego typu C przeznaczonego do zabudowy na ambulans neonatologiczny wraz z zabudową na ambulans neonatologiczny i wyposażeniem” numer sprawy: TP/110/2023** Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach zgodnie z Art. 135 ust. 6 ustawy pzp. przekazuje ich treść i odpowiedzi.

**Pyt. 1.** Prosimy o dopuszczenie dostawy na kołach na koszt i ryzyko wykonawcy, co umożliwi przetestowanie samochodu oraz adaptacji medycznej, a także odpowietrzenie układów. Samochód nie będzie rejestrowany na stałe ani czasowo.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Dopuszczalne jest dostarczenie samochodów na kołach na koszt i ryzyko wykonawcy.

**Pyt. 2.** Prosimy o potwierdzenie, iż przeglądy okresowe samochodu bazowego nie mają być wliczone w cenę oferty i Zamawiający będzie je przeprowadzał na własny koszt. Tzw. umowy complete.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ zamawiający potwierdza, przeglądy okresowe nie mają być wliczone w cenę oferty.

**Pyt. 3.** Dotyczy panel sterowania kabina kierowcy – prosimy o rezygnację z punktu - sterowania funkcjami przedziału medycznego z panelu w kabinie kierowcy – taką funkcjonalność posiada tylko panel typu touchscreen, którego Zamawiający nie dopuszcza.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę i rezygnuje z w/w punktu.

**Pyt. 4.** Prosimy o dopuszczenie belki zintegrowanej w tylnej części dachu bez sygnalizacji typu fala.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

**Pyt. 5.** Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający nie wymaga dwóch foteli na prawej stronie bez fotela u wezłowania.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ zamawiający wymaga minimum jednego fotela po prawej stronie oraz jednego u wezłowania noszy.

**Pyt. 6.** Prosimy o potwierdzenie iż sprężarka powietrza ma być połączona z jednym gniazdem powietrznym typu AGA – odrębnym i specjalnie oznakowanym.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

**Pyt. 7.** Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający nie wymaga wliczenia w ofertę okresowych przeglądów adaptacji medycznej.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ zamawiający nie wymaga wliczenia w ofertę okresowych przeglądów adaptacji medycznej.

**Pyt. 8.** Czy Wykonawca może przygotować mocowanie dwóch butli powietrznych w schowku za lewymi drzwiami?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ zamawiający nie wymaga przygotowania mocowania butli powietrznych, a jedynie ich dostawy.

**Zamawiający dokona stosownej modyfikacji SWZ.**