

Kielce, dn. 09.05.2023 r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE PRZETARGU NA:

„Dostawa ambulansu sanitarnego typu C przeznaczonego do zabudowy na ambulans neonantologiczny wraz z zabudową na ambulans neonantologiczny i wyposażeniem”

Numer sprawy: TP/55/2023

W związku z zapytaniami dotyczącymi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: **„Dostawa ambulansu sanitarnego typu C przeznaczonego do zabudowy na ambulans neonantologiczny wraz z zabudową na ambulans neonantologiczny i wyposażeniem” numer sprawy: TP/55/2023** Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach zgodnie z Art. 135 ust. 6 ustawy pzp. przekazuje ich treść i odpowiedzi.

Pyt. 1. Prosimy o dopuszczenie dostawy na kołach na koszt i ryzyko wykonawcy, co umożliwi przetestowanie samochodu oraz adaptacji medycznej, a także odpowietrzenie układów. Samochód nie będzie rejestrowany na stałe ani czasowo.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia ambulansy we wskazane miejsce, ale nie określił metody dostawy.

Pyt. 2. Prosimy o potwierdzenie, iż przeglądy okresowe samochodu bazowego nie mają być wliczone w cenę oferty i Zamawiający będzie je przeprowadzał na własny koszt. Tzw. umowy complete.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że przeglądy okresowe nie mają być wliczone w cenę oferty.

Pyt. 3. Zamawiający wymaga dodatkowej sprężarki powietrza. Czy jeżeli respirator posiada taką funkcję to Zamawiający zrezygnuje z dodatkowej sprężarki.

Odpowiedź: Zamawiający nie zrezygnuje z dodatkowej sprężarki.

Pyt. 4. Z uwagi iż Zamawiający wymaga ambulansu typu N, który przeznaczony jest głównie do transportu neonatologicznego, prosimy o rezygnację z wymogu miejsca przewożenia za lewymi drzwiami przesuwными materaca próżniowego. Torby/plecaków, kamizelki KED, czy krzeselka kardiologicznego. Jeśli Zamawiający nie wymaga dodatkowych butli powietrznych oraz zrezygnowałby z kompresora obecny układ schowka mógłby pozostać.

Jednak w przypadku kompresora dodatkowego do powietrza brak jest miejsca jego montażu.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z wymogu miejsca przewożenia za lewymi drzwiami przesuwными materaca próżniowego, torby/plecaków, kamizelki KED, czy krzeselka kardiologicznego. Zamawiający wymaga dostawy opisanych butli powietrznych bez konieczności zamocowania ich w ambulansie. Zamawiający wymaga dostawy i montażu kompresora powietrznego w pojeździe.

Pyt. 5. Zamawiający w OPZ nie wspomina o miejscach mocowania butli powietrznych. Z uwagi na miejsce mocowania krzeselka oraz materaca próżniowego nie ma możliwości ich przewożenia. Prosimy, jak w pytaniach wyżej o rezygnację z miejsca przewożenia elementów, które funkcjonują w PRM, ale nie w transporcie N.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia opisanych butli powietrznych bez konieczności mocowania ich w pojeździe. Jak w powyższej odpowiedzi Zamawiający rezygnuje z wymogu miejsca przewożenia dodatkowych urządzeń.

Pyt. 6. Czy Zamawiający dopuści dwa fotele w przedziale medycznym, w konfiguracji jeden na prawej ścianie, z funkcją przesuwu i drugi u wezłowania noszy.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zmian. Opis jak w SWZ.

Pyt. 7. Dotyczy parametrów punktowanych – termin dostawy – prosimy o wprowadzenie terminu np. 30 dni jako progu z maksymalną ilością punktów, 45 dni – 10 punktów, 60 dni – 0 punktów. Wykonawca może zaoferować termin wykonania np. 1 dzień i wygrać postępowanie z dużo mniej korzystną ceną.

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza próg zabezpieczający. W przypadku zaoferowania terminu dostawy krótszego niż 30 dni, do celów obliczenia punktacji przyjęta zostanie wartość progowa 30 dni.

Pyt. 8. Dotyczy formularza ofertowego – czy Zamawiający dopuści, aby elementy, które są montowane na stałe w ambulansie, jak przetwornica, laweta, lodówka itp. Nie były zawarte na fakturze w odrębnych pozycjach, a żeby wchodziły w skład ceny ambulansu.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zmian. Wartości wskazanych elementów należy wyodrębnić zgodnie z opisem z uwagi na różne źródła finansowania.

Pyt. 9. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia podał iż wymaga zgodności zestawu transportowego z aktualną normą 1865-1 cyt „ WYMOGI CO DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE ADAPTACJI NA AMBULANS SANITARNY DO PRZEWOZU NOWORODKÓW (SPRZĘT MEDYCZNY MA SPEŁNIAĆ WYMOGI AKTUALNEJ NORMY PN-EN 1865-1 LUB NORMY RÓWNOWAŻNEJ)” . a następnie opisuje nosze z zasilaniem elektrycznym które podlegają normie 1865-2. Zdaniem naszym doszło do oczywistej omyłki pisarskiej jednak mającej w skutkach duże znaczenie. Prosimy o odpowiedź czy zamawiający wymaga noszy zgodne z normą Pn EN 1865-

2 która to norma dotyczy noszy elektrycznych a nie jak przywołana w siwz norma dla noszy mechanicznych ?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że doszło do omyłki pisarskiej. Zamawiający wymaga spełnienia aktualnej normy PN-EN 1865 adekwatnej do opisanego urządzenia.

Pyt. 10. Szanowni Państwo firma nasza jest jednym z czołowych producentów zestawów do transportu noworodków . Biorąc pod uwagę całościowy opis przedziału medycznego zwracamy się z prośbą o dopuszczenie na zasadzie równoważnej przedziału medycznego wyposażonego w fotel na prawej ścianie z funkcją przesuwu wzdłuż inkubatora umożliwiającą pracę personelu przy noworodku bez konieczności wstawania z fotela oraz fotel u wezłowia z funkcją przesuwu i obrotu umożliwiającą przejście z przedziału medycznego do kabiny kierowcy. Uzasadnienie : Z wieloletniego doświadczenia wiemy iż takie jak proponujemy rozwiązanie jest ergonomiczniejsze i pozwala na lepsze wykorzystanie zabudowy w ambulansie przy jego ograniczonych gabarytach jakie daje furgon . A także gwarantuje większy komfort przy długich transportach.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zmian. Opis jak w SWZ.

Pyt. 11. W związku z faktem iż zamawiający wymaga montażu kompresora /sprężarki powietrznej prosimy o odpowiedź czy zrezygnuje z dodatkowego miejsca na materac, krzesło, deskę, podbieraki ? Ze względu na gabaryty pojazdów typu furgon można a ambulansie zamontować w sposób funkcjonalny albo w schowku kompresor albo sprzęt transportowy dedykowany do ambulansów ratowniczych. Z praktycznego punktu widzenia nie da się zamontować tych wszystkich pozycji w ambulansie N.

Odpowiedź: Zamawiający zrezygnuje z dodatkowego miejsca na materac, krzesło, deskę, podbieraki. Zamawiający wymaga montażu kompresora/sprężarki powietrznej.

Zamawiający dokona stosowanej modyfikacji SWZ.