

Kielce, dn. 30.04.2024 r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE PRZETARGU NA:

„Dostawę ambulansów sanitarnych typu A2 szt. 3.”

Numer sprawy: TP/100/2024

W związku z zapytaniami dotyczącymi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: **„Dostawę ambulansów sanitarnych typu A2 szt. 3.” numer sprawy: TP/100/2024** Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach zgodnie z Art. 135 ust. 6 ustawy pzp. przekazuje ich treść i odpowiedź.

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuszcza standardowy termin płatności przyjęty w obrocie gospodarczym na terenie UE i wynoszący całość ceny oferty do 30 dni ?

Wyjaśniamy, że wydłużony termin płatności do 60/90 dni zwiększa cenę o kwotę dodatkowego finansowania kolejnych dni.

Odpowiedź: Wykonawca w formularzu ofertowym określa termin płatności.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby odbiór ambulansu odbył się w siedzibie Wykonawcy tj. w zakładzie wykonującym zabudowę medyczną, co pozwoli na przeprowadzenie gruntownego szkolenia z zakresu obsługi ambulansu i jego wyposażenia ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia ambulansów do siedziby Zamawiającego zgodnie z SWZ.

Pytanie 3.

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans posiadający homologację pojazdu kompletnego oraz inne równoważne dokumenty dopuszczające do ruchu zgodnie z obowiązującymi przepisami na terenie PL oraz UE ?

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów określa kilka procedur w wyniku których, organ udzielający homologacji zaświadcza, że dany pojazd jest zgodny z odpowiednimi przepisami administracyjnymi i wymogami technicznymi i może być dopuszczony do ruchu. Rozporządzenie wymienia (...) m.in. „homologację typu całego pojazdu”, „homologację typu UE”, „indywidualne dopuszczenie pojazdu”, itd.

We wszystkich procedurach wymogiem jest przeprowadzenie wszystkich badań na zgodność z normą PN-EN 1789.

Wyjaśniamy, że dokumentami równoważnymi umożliwiającymi rejestrację ambulansu, jako pojazd specjalny sanitarny uprzywilejowany zgodnie z wymogami prawa jest dopuszczenie jednostkowe WE dopuszczenie jednostkowe wydane przez Dyrektora Transportowego Dozoru technicznego lub badanie techniczne z dopuszczeniem ze stacji diagnostycznej.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia dokumentów opisanych w SWZ.

Pytanie 4.

Prosimy o dopuszczenie złożenia do oferty Deklaracji Zgodności aktualną z normą PN EN 1789 zamiast Certyfikatu Jednostki Notyfikowanej ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający informuje, że jako jednostkę notyfikowaną rozumie także jednostki akredytowane.

Pytanie 5

Czy w okresie gwarancji za przeglądy pojazdu bazowego z materiałami zużywalnymi typu klocki hamulcowe, olej, filtry itp. oraz za przeglądy wyposażenia medycznego z dojazdami płaci Zamawiający ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający pokrywa koszty opisanych przeglądów.

Pytanie 6

Prosimy o potwierdzenie, że koszty dojazdu/transportu do/z serwisu ponosi Zamawiający i Wykonawca nie musi ich wliczać w cenę oferty ?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi specyfikacji technicznej Zamawiającego oraz wymogi aktualnej normy PN EN 1789 jako typ B ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 8

Czy Zamawiający kierując się ergonomią pracy personelu oraz wygodą pacjenta wymaga, aby przedział medyczny miał wysokość minimum 1,8m, co w żaden sposób nie ogranicza konkurencyjności postępowania, a umożliwia zakup ambulansu spełniającego wszelkie potrzeby osób korzystających z niego ?

Odpowiedź: Minimalne wymagania zostały określone w SWZ, minimalną wielkość przedziału medycznego określa norma PN EN 1789.

Pytanie 9

Czy Radioodtwarzacz fabryczny winien być wyposażony w funkcję Bluetooth oraz gniazdo USB pozwalające kierowcy na szybkie i bezpieczne łączenie się z urządzeniami mobilnymi typu telefon komórkowy, mapy, bazy danych itp. oraz sterowanie pod kołem kierownicy, co podnosi bezpieczeństwo kierowania pojazdem ?

Odpowiedź: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

Pytanie 10

Czy ambulans będzie przeznaczony do działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych?

Odpowiedź: Ambulans będzie przeznaczony do świadczenia usług transportu sanitarnego. Świadczenie usług transportu sanitarnego nie mieści się w zakresie legalnej definicji świadczeń zdrowotnych zawartej w art. 2 pkt 10 ustawy o działalności leczniczej [Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 991 z późn. zm.)], jak też legalnej definicji świadczenia zdrowotnego zawartej w art. 5 pkt 40 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych [Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 z późn. zm.)].

Stosownie do postanowienia art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej działalność lecznicza polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Zgodnie zaś z art. 8 tej ustawy rodzajami działalności leczniczej są: stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne albo inne niż szpitalne oraz ambulatoryjne świadczenia zdrowotne. Określenie zakresów powyższych rodzajów działalności leczniczej zawierają przepisy art. 2 pkt 11 i 12 oraz art. 9-12 ustawy o działalności leczniczej.

Pytanie 11

Czy użytkownik końcowy jest podmiotem leczniczym wpisanym do odpowiedniego rejestru?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 12.

Czy Zamawiający dopuszcza fabryczny zestaw naprawczy dedykowany do tego modelu samochodu, zamiast koła zapasowego? W ten sposób ambulans ma niższą masę, co obniża zużycie paliwa.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 13

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 4, chcemy zapytać czy Zamawiający dopuszcza, aby do oferty dołączyć oświadczenie o posiadaniu certyfikatu zgodności z aktualną normą PN EN 1789, a sam certyfikat przekazać Zamawiającemu przy dostawie?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia opisanych w SWZ dokumentów do oferty

Pytanie 14

W związku z powszechnym trendem ekologii i ochrony środowiska naturalnego zwracamy się z pytaniem, czy oferowany ambulans ma być wyposażony w system odzyskiwania energii podczas zwalniania i hamowania, co pozwoli na oszczędności paliwa oraz zmniejszy ilość groźnych substancji zanieczyszczających środowisko naszej planety?

Odpowiedź: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

Pytanie 15

Czy silnik o mocy 110kW i więcej otrzyma 5 pkt. jako parametr punktowany?

Odpowiedź: Silnik o mocy większej niż 110kW otrzyma dodatkowe punkty.

Pytanie 16

W związku z nadchodzącym okresem wakacyjnym i przerwami produkcyjnymi u producentów, zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji do 120 dni od daty podpisania umowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 17

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga wliczenia przeglądów zabudowy przedziału medycznego w cenę oferty.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.